

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE BR. 3

Nabavka medicinskih uređaja za Kliničko-bolnički centar Dr Dragiša Mišović

Broj nabavke : IOP/6-2017/RD

Objavljena 28.09.2017.

- 1) Konkursna dokumentacija se menja u delu Tehnička specifikacija, Lot 4, Pomoćni hiruški uređaji:

Brišu se sledeće pozicije:

4.17.1-Neonatal Resuscitation (Resuscitation table for newborns),

4.19 - Mobile bathroom

4.20 - Coasters medical-grade silicone for operating tables – set

- 1) Konkursna dokumentacija se menja u delu Tehnička specifikacija, Lot 5, Anestezija, pozicija **5.1 Anesthesia system with monitoring:**

Linija 30 je glasila:

It has trend of 72 h

Menja se i sada glasi:

It has trend of 24 h

- 2) Konkursna dokumentacija se menja u delu Tehnička specifikacija, Lot 5, Anestezija, pozicija **5.6 – Ventilator with standard capnography:**

Linija 23 je glasila:

PEEP

Menja se i sada glasi:

PEEP:1- 50 cm H2O

Linija 24 je glasila:

Insp T: 1- 50 cm H2O;

Menja se i sada glasi:

Insp T: 0,5-10 sec

Korigovane verzije tehničkih specifikacija su date u excel fajlu i predstavljaju sastavni deo ove izmene.

U cilju sačinjavanja ispravne ponude, ponuđači su dužni da svoje ponude koje se odnose na lotove u kojima je došlo do izmena, sastavljaju u skladu sa novim, usklađenim datotekama lotova objavljenim na internet strani naručioca.