



Република Србија
ВЛАДА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА

Немањина 11, Београд

Број: 404-02-27/2017-01

7.12.2017. године

На основу члана 4.1.3. Закона о потврђивању оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 1/12), члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Водича за набавку добара, радова и услуга Банке за развој Савета Европе, тачка 3.9.12. Евалуација понуда и додела уговора и Извештаја о евалуацији понуда број 404-02-27/2017-01, а у вези са Закључком Владе Републике Србије број 05 48-5555/2016 од 13. јуна 2016. године и број 05 48-1/2017 од 4. јануара 2017. године, в.д. директора Канцеларије за управљање јавним улагањима, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

1. Додељује се уговор о јавној набавци: **„Набавка медицинске дијагностичке опреме“ (Procurement of Medical Imaging Equipment) број набавке: ИОП/5-2017/РД (ИОР/5-2017/RD), у међународном отвореном поступку јавне набавке, спроведеном у оквиру пројекта: Истраживање и развој у јавном сектору, потпројекат Модернизација клиничких центара, а по позиву за подношење понуда, објављеном дана 18. августа 2017. године у „Службеном листу Европске Уније“, на интернет страници Наручиоца и на Порталу јавних набавки, а за потребе Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ и Клиничко-болничког центра „Земун“, понуђачима:**
 - **ЛОТ 1 – Набавка опреме за Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ : Medicom д.о.о. Шабац, Поцерска 3, Шабац, по понуђеној цени од 1.387.361,00 ЕУР без ПДВ**
 - **ЛОТ 2 – Набавка опреме за Клиничко-болнички центар „Земун“: ЗУ Беоласер д.о.о. Београд, Трговачка 16а, Београд и Toshiba Medical Systems Europe B.V, по понуђеној цени од 1.625.000,00 ЕУР без ПДВ**
2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, у року од три дана од дана њеног доношења.

Образложење

- **Наручилац:** Канцеларија за управљање јавним улагањима, Немањина 11, 11000 Београд, Србија
- **Предмет набавке:** Набавка медицинске дијагностичке опреме
- **Процењена вредност набавке:** 3.225.000,00 евра без ПДВ
- **Врста поступка:** Међународни отворени поступак, покренут на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-02-00027/2017-01 од 08.08.2017, у складу са Законом о потврђивању оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 1/12), Законом о јавним набавкама Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) члан 7. став 1. тачка 2а) и Закључцима Владе Републике Србије број 05 48-5555/2016 од 13.06.2016 и број 05 48-1/2017. од 04.01.2017.

Средства за спровођење јавне набавке обезбеђена су Оквирним уговором о зајму између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ), Ф/П 1739 (2011) од 04.11.2011, који је ратификован Законом о потврђивању Оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 1/12).

Набавка се спроводи за потребе Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ и Клиничко-болничког центра „Земун“, у оквиру пројекта: Истраживање и развој у јавном сектору, потпројекат: Модернизација клиничких центара.

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су дана 18.08.2017. године у „Службеном листу Европске Уније“, на интернет страници Наручиоца и Порталу јавних набавки са роком за подношење понуда до 11.00 часова дана 06.10.2017.

Рок за подношење понуда је продужен услед Измене конкурсне документације број 1 (обајављене 25.08.2017). на 27. октобар 2017, а затим услед Измене конкурсне документације број 5 обајављене 20.октобра 2017 на 31.октобар 2017.

У току рока за подношење понуда Наручилац је извршио и објавио следеће Измене Конкурсне документације:

Измена конкурсне документације број 1, Измена конкурсне документације број 2, Измена конкурсне документације број 3, Измена конкурсне документације број 4, Измена конкурсне документације број 5.

Изменом Конкурсне документације број 1 објављеном 25.августа 2017, јавна набавка је подељена у два лота:

Лот 1 Набавка опреме за Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“

1. Мултислајсни ЦТ скенер за кардиоваскуларне процедуре
2. Дигитални ангиографски систем за кардиоваскуларну дијагностику и интервентне процедуре

Процењена вредност је 1.600.000 ЕУР без ПДВ.

Лот 2 Набавка опреме за Клиничко-болнички центар „Земун“

1. Систем за магнетну резонанцу 1.5Т за свеобухватна испитивања
2. Дигитални ангиографски систем за кардиолошку дијагностику и интервентне процедуре
3. Дигитални радиографски систем
4. Премијум кардиоваскуларни ултразвучни систем

Процењена вредност је 1.625.000 ЕУР без ПДВ.

1) ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУДАМА

Комисија је, након истека рока за подношење понуда, спровела поступак отварања понуда са почетком у 13.00 часова дана 31. октобра 2017.

Комисија је Записником о отварању понуда, који је код Наручиоца заведен под бројем 404-02-00027/2017-01 од 31.10.2017. године, констатовала да су понуде следећих понуђача благовремено достављене:

Редни број	Заводни број наручиоца	Назив понуђача	Датум пријема	Време пријема
1.	404-02-00047/2017-01	ЗУ Беоласер д.о.о. Београд, Трговачка 16а, Београд и Toshiba Medical Systems Europe B.V.,	30.10.2017.	14:53 ч
2.	404-02-00051/2017-01	Siemens Healthcare д.о.о. Београд, Омладинских бригада 21, Београд	31.10.2017.	9:47 ч
3.	404-02-00049/2017-01	Medicom д.о.о. Шабац, Поцерска 3, Шабац	31.10.2017.	10:33
4.	404-02-00050/2017-01	Medicom д.о.о. Шабац, Поцерска 3, Шабац	31.10.2017.	10:33
5.	404-02-00048/2017-01	Ge Holdings д.о.о. Београд, Бул. Михајла Пупина 6, Београд	31.10.2017.	10:48 ч

Неблаговремених понуда није било.

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и евентуални попусти које нуди понуђач, подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума, а који се могу нумерички приказати и евентуално други подаци из понуде:

Понуда 1

Заводни број понуде	Код наручиоца	404-02-47/2017-01	Код понуђача	-
Назив понуђача	ЗУ Беоласер д.о.о. Београд, Трговачка 16а, Београд и Toshiba Medical Systems Europe B.V.			
Лот	ЛОТ 2			
Понуђени модел уређаја	1.Систем за магнетну резонанцу 1.5Т за свеобухватна испитивања- Vantage Titan 2.Дигитални ангиографски систем за кардиолошку дијагностику и интервентне процедуре-INFx-8000C 3.Дигитални радиографски систем- DX-D 300 4.Премијум кардиоваскуларни ултразвучни систем Aplio i-Series			
Понуђена цена (Total DAP price excluding VAT and Custom Duties on import)	1.625.000, 00 ЕУР			
Образац техничке спец. са обрасцем структуре цена	ДА			
Гаранција	Sberbank, 30.000,00 ЕУР, рок важности 28.02.2018			
Напомене:				

Понуда 2

Заводни број понуде	Код наручиоца	404-02-51/2017-01	Код понуђача	-
Назив понуђача	Siemens Healthcare д.о.о. Београд, Омладинских бригада 21, Београд			
Лот	ЛОТ 1			

Понуђени модел уређаја	1.Мултислајсни ЦТ скенер за кардиоваскуларне процедуре- Somatom drive 2.Дигитални ангиографски систем за кардиоваскуларну дијагностику и интервентне процедуре- Artis Zee floor
Понуђена цена (Total DAP price excluding VAT and Custom Duties on import)	1.546.800,00 ЕУР
Образац техничке спец. са обрасцем структуре цена	ДА
Гаранција	Unicredit bank, 30.000,00 ЕУР, рок важности 04.03.2018.
Напомене:	/

Понуда 3

Заводни број понуде	Код наручиоца	404-02-49/2017-01 404-02-50/2017-01	Код понуђача	-
Назив понуђача	Medicom д.о.о. Шабац, Поцерска 3, Шабац			
Лот	ЛОТ 1			
Понуђени модел уређаја	1.Мултислајсни ЦТ скенер за кардиоваскуларне процедуре - Brilliance iCT 2.Дигитални ангиографски систем за кардиоваскуларну дијагностику и интервентне процедуре - Azurion 7F20			
Понуђена цена (Total DAP price excluding VAT and Custom Duties on import)	1.387.361,00 ЕУР			
Образац техничке спец. са обрасцем структуре цена	ДА			

Гаранција	Raiffeisen bank, 30.000,00 ЕУР, рок важности 01.03.2018
Напомене:	Поднета је измена понуде. Измена се састоји у промени назива понуђеног модела уређаја, достављена је пратећа документација.

Понуда 4

Заводни број понуде	Код наручиоца	404-02-48/2017-01	Код понуђача	-
Назив понуђача	Ge Holdings д.о.о. Београд, Бул. Михајла Пупина 6, Београд			
Лот	ЛОТ 1 и ЛОТ 2			
Понуђени модел уређаја	1.Мултислајсни ЦТ скенер за кардиоваскуларне процедуре-Није наведено 2.Дигитални ангиографски систем за кардиоваскуларну дијагностику и интервентне процедуре- Није наведено 1.Систем за магнетну резонанцу 1.5Т за свеобухватна испитивања- Није наведено 2.Дигитални ангиографски систем за кардиолошку дијагностику и интервентне процедуре- Није наведено 3.Дигитални радиографски систем- Није наведено 4.Премијум кардиоваскуларни ултразвучни систем- Није наведено			
Понуђена цена (Total DAP price excluding VAT and Custom Duties on import)	Није поднета			
Образац техничке спец. са обрасцем структуре цена	Није попуњена			
Гаранција	Није поднета			
Напомене:	Поднет образац за податке о понуђачу. Копија понуде и електронска форма понуде нису достављени.			

2) СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија је приступила оцени понуда, односно прегледу благовремено пристиглих понуда. Оцена је вршена у складу са релевантним одредбама Конкурсне документације-Одељком I- Упутство понуђачима-Е.Вредновање и упоређивање понуда као и Одељком III Критеријуми за вредновање и квалификовање.

У Одељку I- Упутство понуђачима- Е. Вредновање и упоређивање понуда, тачка 30. Степен прихватљивости понуда, подтачка (30.2) предвиђено је да је суштински усклађена- одговарајућа понуда она понуда која испуњава захтеве из Конкурсне документације без материјалног одступања, прикривања или изостављања.

У Одељку I- Упутство понуђачима- Е. Вредновање и упоређивање понуда, тачка 30. Степен прихватљивости понуда, подтачка (30.3) предвиђено је да уколико понуда није суштински усклађена са захтевима из конкурсне докуменатције, Наручилац је одбија.

Такође, конкурсна документација у Одељку I- Упутство понуђачима- Е. Вредновање и упоређивање понуда, тачка 29, подтачка 29.1 предвиђа да Наручилац може да затражи од понуђача појашњење понуде као помоћ да би се понуде прегледале, вредновале, упоређивале и извршило постквалификовање.

Током стручне оцене понуда, Комисија је послала захтев за појашњењем следећим понуђачима:

ЛОТ 1 Medicom д.о.о. Шабач, Поцерска 3, Шабач

Појашњење је било потребно како би се несумњиво утврдила суштинска усаглашеност понуде са захтевима из конкурсне документације у погледу захтеваних техничких карактеристика.

Тражено појашњење се односило на техничку спецификацију за уређај **Дигитални ангиографски систем за кардиоваскуларну дијагностику и интервентне процедуре - Azurion 7F20** у следећим тачкама:

2.3. Тражено је достављање додатне техничке документације понуђеног модела стола

8.2. Тражено је да понуђач наведе произвођача додатне опреме (сијалица) и достави техничку документацију за понуђени модел сијалице

-Да ли је понуђени модел Volcano Core који је саставни део ангиографског система интегрисан са iFR-ом и да ли је корегистрован што је такође додатна информација која је интересовала корисника

Такође, тражене су и следеће додатне информације у вези са понудом за уређај **Мултислајсни ЦТ скенер за кардиоваскуларне процедуре Brilliance Ict (iCT Elite)** :

-Да ли су понуђени софтвери Spectral-enhanced Comprehensive Cardiac Analysis и Spectral-enhanced Advanced Vessel који нису експлицитно тражени конкурсном документацијом, али је корисника занимало да ли се у оквиру тачака 8.4 и 8.5 понуђени и ови софтвери

8.1. Тражено је достављање додатних техничких карактеристика радне станице и појашњење верзије понуђеног система визуализације

Понуђач Medicom д.о.о. Шабац који је примио Захтев за појашњењем доставио је у предвиђеном року све тражене информације и пратећу документацију. На основу достављене документације Комисија је несумњиво утврдила да понуда овог Понуђача задовољава све захтеване техничке карактеристике.

У делу Одељак III Критеријуми за вредновање и квалификовање, Захтеви за постквалификовање (УП 37.2) дефинисано је да након утврђивања најниже вредноване понуде у складу са УП, потклаузула 35.1, наручилац врши постквалификовање понуђача у складу са УП, клаузула 37, користећи само одређене захтеве. С тим у вези Наручилац се обратио и произвођачу понуђене опреме Philips Medical Systems у вези са понудом Medicom д.о.о. Шабац како би несумњиво утврдио да ли је поднета документација која се односи на технички капацитет понуђача Medicom д.о.о. Шабац одговарајућа. Конкретно, из поднетих сертификата за запосленог Сашу Тодоровић није се несумњиво могло утврдити да ли је поменуто запослено лице сертифициковано за сервисирање понуђених модела опреме како је захтевано Конкурсном документацијом.

Произвођач Philips Medical Systems је својом изјавом потврдио да је Medicom д.о.о. Шабац овлашћени сервисер опреме, а запослени Саша Тодоровић и Дејан Величковић лица сертифициована за сервис, односно одржавање, дијагностиковање кварова, поправку понуђених модела уређаја и замену резервних делова.

Након тога, Комисија је наставила са стручном оценом понуда и поднетих прилога и констатовала како следи:

ЛОТ 1

1. Понуда понуђача Siemens Healthcare д.о.о. Београд, која је код Наручиоца заведена под бројем 404-02-51/2017-01 нема недостатака:

Достављени су сви прилози којима се доказује испуњеност техничких услова.

Евалуацијом техничке спецификације утврђено је да су понуђени следећи модели уређаја:

1. Мултислајсни ЦТ скенер за кардиоваскуларне процедуре- **Somatom drive**
2. Дигитални ангиографски систем за кардиоваскуларну дијагностику и интервентне процедуре- **Artis Zee floor**

Понуђени су уређаји са свом пратећом опремом, радовима и услугама.

Након прегледа техничке спецификације и достављене техничке документације констатовано је да понуђен модел у потпуности задовољава захтеване техничке карактеристике.

Сагласно изнетом, Комисија је констатовала да је понуда понуђача Siemens Healthcare д.о.о. Београд суштински одговарајућа – испуњава све захтеване техничке спецификације без материјалних одступања и резерви.

2. Понуда понуђача Medicom д.о.о.Шабац, која је код Наручиоца заведена под бројем 404-02-49/2017-01 и 404-02-50/2017-01 нема недостатака:

Достављени су сви прилози којима се доказује испуњеност техничких услова

Евалуацијом техничке спецификације утврђено је су понуђени следећи модели уређаја:

1. Мултислајсни ЦТ скенер за кардиоваскуларне процедуре- **Brilliance iCT (iCT Elite)**
2. Дигитални ангиографски систем за кардиоваскуларну дијагностику и интервентне процедуре- **Azurion 7F20**

Понуђени су уређаји са свом пратећом опремом, радовима и услугама.

Након прегледа техничке спецификације и достављене техничке документације констатовано је да понуђен модел у потпуности задовољава захтеване техничке карактеристике.

Сагласно изнетом, Комисија је констатовала да је понуда понуђача **Medicom д.о.о. Шабац** суштински одговарајућа – испуњава све захтеване техничке спецификације без материјалних одступања и резерви.

3. Понуда понуђача **GE Holdings д.о.о. Београд**, која је код Наручиоца заведена под бројем 404-02-481/2017-01 има следеће недостатке:
- 4.

Понуђач није доставио ниједан документ захтеван конкурсном докуменатцијом. Једини достављени документ је празан Образац техничких спецификација, потписан и оверен, али непопуњен.

Сагласно изнетом, Комисија је констатовала да је понуда понуђача **GE Holdings д.о.о. Београд** садржи такве недостатке односно материјална одступања и изостављања да се не може утврдити стварна садржина понуде нити се ова понуда може упоредити са другим понудама. С тога Комисија понуду понуђача **GE Holdings д.о.о. Београд** одбацује као суштински неусаглашену - неодговарајућу понуду.

ЛОТ 2

1. Понуда понуђача **ЗУ Беоласер д.о.о. Београд** и **Toshiba Medical Systems Europe B.V** која је код Наручиоца заведена под бројем 404-02-47/2017-01 нема недостатка:

Достављени су сви прилози којима се доказује испуњеност техничких услова

Евалуацијом техничке спецификације утврђено је су понуђени следећи модели уређаја:

1. Систем за магнетну резонанцу 1.5T за свеобухватна испитивања- **Vantage Titan**
2. Дигитални ангиографски систем за кардиолошку дијагностику и интервентне процедуре- **INFX-8000C**
3. Дигитални радиографски систем- **DX-D 300**
4. Премијум кардиоваскуларни ултразвучни систем **Aplio i-Series**

Понуђени су уређаји са свом пратећом опремом, радовима и услугама.

Након прегледа техничке спецификације и достављене техничке документације констатовано је да понуђен модел у потпуности задовољава захтеване техничке карактеристике.

Сагласно изнетом, Комисија је констатовала да је понуда понуђача ЗУ Беоласер д.о.о. Београд и Toshiba Medical Systems Europe B.V суштински одговарајућа – испуњава све захтеване техничке спецификације без материјалних одступања и резерви.

2. Понуда понуђача GE holdings д.о.о. Београд, која је код Наручиоца заведена под бројем 404-02-481/2017-01 има следеће недостатке:

Понуђач није доставио ниједан документ захтеван конкурсном докуменатцијом. Једини достављени документ је празан Образац техничких спецификација, потписан и оверен, али непопуњен.

Сагласно изнетом, Комисија је констатовала да је понуда понуђача GE Holdings д.о.о. Београд садржи такве недостатке односно материјална одступања и изостављања да се не може утврдити стварна садржина понуде нити се ова понуда може упоредити са другим понудама. С тога Комисија понуду понуђача GE Holdings д.о.о. Београд одбацује као суштински неусаглашену-неодговарајућу понуда.

3) КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцену понуда је **најнижа понуђена цена**.

Понуде су рангиране од најниже до највише. Најниже оцењена понуда је најповољнија понуда.

Комисија је извршила проверу рачунске исправности суштински усклађених понуда и констатовала да су све понуде рачунски исправне.

У лотовима код којих су достављене две или више суштински усклађене-одговарајуће и финансијски усаглашене-прихватљиве понуде, сходно критеријуму најнижа понуђена цена, понуде су рангиране су како следи:

Комисија констатује да су понуде Medicom д.о.о. Шабац и Siemens Healthcare д.о.о. Београд за лот 1 финансијски усаглашене.

Ранг листа

ЛОТ 1	Medicom д.о.о. Шабац	1.387.361,00 ЕУР
	Siemens Healthcare д.о.о. Београд	1.546.800,00 ЕУР

С обзиром да је поднета само једна суштински усклађена понуда за лот 2 није било потребе вршити рангирање за поменути лот.

Понуђена цена за лот 2 понуђача ЗУ Беоласер д.о.о. Београд и Toshiba Medical Systems Europe B.V је 1.625.000,00 еур и финансијски је усаглашена.

4) КВАЛИФИКОВАЊЕ

Лот 1

Понуда 1 Siemens Healthcare д.о.о. Београд:

Достављени су сви прилози којима се доказује испуњеност тражених обавезних и додатних услова у понуди понуђача Siemens Healthcare д.о.о. Београд

Комисија је утврдила да понуђач Siemens Healthcare д.о.о. Београд испуњава све обавезне и додатне услове за учешће, као и да је доставио исправно средство обезбеђења понуде.

Сагласно изнетом, Комисија је констатовала да је понуда понуђача Siemens Healthcare д.о.о. Београд прихватљива – испуњава све услове за поствалификацију.

Понуда 2 Medicom д.о.о. Шабац :

Достављени су сви прилози којима се доказује испуњеност тражених обавезних и додатних услова у понуди понуђача Medicom д.о.о. Шабац

Комисија је утврдила да понуђач Medicom д.о.о. Шабац испуњава све обавезне и додатне услове за учешће, као и да је доставио исправно средство обезбеђења понуде.

Сагласно изнетом, Комисија је констатовала да је понуда понуђача Medicom д.о.о. Шабац прихватљива – испуњава све услове за постквалификацију.

Лот 2

Понуда 1 ЗУ Беоласер д.о.о. Београд и Toshiba Medical Systems Europe B.V.:

Достављени су сви прилози којима се доказује испуњеност тражених обавезних и додатних услова у понуди понуђача ЗУ Беоласер д.о.о. Београд и Toshiba Medical Systems Europe B.V

Комисија је утврдила да понуђач ЗУ Беоласер д.о.о. Београд и Toshiba Medical Systems Europe B.V испуњава све обавезне и додатне услове за учешће, као и да је доставио исправно средство обезбеђења понуде.

Сагласно изнетом, Комисија је констатовала да је понуда понуђача ЗУ Беоласер д.о.о. Београд и Toshiba Medical Systems Europe B.V прихватљива – испуњава све услове за постквалификацију.

Сагласно свему изнетом, Комисија за јавну набавку је предложила Наручиоцу да у поступку јавне набавке медицинске дијагностичке опреме (Public Procurement of Medical Imaging Devices), донесе Одлуку о додели уговора и закључи уговор са следећим понуђачима:

ЛОТ 1

Назив понуђача	Medicom д.о.о. Шабац
Понуђени модел уређаја	1.Multislice CT Scanner for cardiovascular procedures-Brilliance iCT (iCT Elite) 2.Digital angiography system for cardio-vascular diagnostic and interventional procedures-Azurion 7F20
Понуђена цена (Total DAP price excluding VAT and Custom Duties on import)	1.387.361,00 ЕУР

ЛОТ 2

Назив понуђача	ЗУ Беоласер д.о.о. Београд и Toshiba Medical Systems Europe B.V
Понуђени модел уређаја	1.Magnetic resonance system 1.5T equipped and suitable for whole body examinations-Vantage Titan 2.Digital angiography system for diagnostic cardiac and interventional procedures-INFx-8000C 3.Digital radiography system-DX-D 300 4.Premium Cardiovascular ultrasound system- Aplio i-Series
Понуђена цена (Total DAP price excluding VAT and Custom Duties on import)	1.625.000,00 ЕУР

На основу свега наведено, сачињен је Извештај о стручној оцени понуда број: 404-02-27/2017-01 од 17.11.2017. год који је 23.11.2017. године послат Банци за развој Савета Европе, у складу са Анексом 1 Водича за набавке Банке за развој Савета Европе. Дана 30.11.2017. године, Наручилац је од Банке за развој Савета Европе добио сагласност (no objection) на избор најповољније понуде.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Поука о правном леку:

Процедура за улагање жалбе од стране понуђача, у складу са Водичем за набавке добара, радова и услуга банке за развој Савета Европе, тачке 3.9.13. Период мировања и 3.9.14. Жалбе:

У року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке о додели уговора, неуспешни понуђачи могу у писаној форми захтевати објашњење основа за неприхватање њихових понуда или поднети жалбу.

Наручилац ће благовремено писаним путем одговорити понуђачу и послати копије захтева и одлуке по жалби банци.

Жалбе се шаљу електронским путем на следећу е-маил адресу procurement.rd@pim.gov.rs или поштом на адресу Немањина 22-26, Београд, Србија.

Захтев мора бити на меморандуму понуђача потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача. Обавезна назнака: ИОП/5-2017/РД

Канцеларија за управљање јавним
улагањима



Марко Благојевић, в.д. директор