



Република Србија
ВЛАДА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА
Немањина 11, Београд
Број: 404-02-33/2019-01
17. март 2021. године

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 404-02-33/2019-01 од 18. јуна 2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 404-02-33/2019-01 од 18. јуна 2019. године, сагласно Извештају о оцени понуда бр. 404-02-59/2018-01 од 12.03.2020. године и Додатку извештаја о оцени понуда бр. 404-02-59/2018-01 од 12.03.2020, број 404-02-33/2019-01 од 23. децембра 2020. године, а у складу са Финансијским уговором (Истраживање и развој у јавном сектору) FIN. 25.497 (RS) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке закљученим 4. марта 2010. године у Београду који је ратификован Законом о потврђивању Финансијског уговора (Истраживање и развој у јавном сектору) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Сл.гласник РС”, број 5/10), чланом 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама Републике Србије („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), тачком 3.7.13. Водича за набавке за пројекте које финансира Европска инвестициона банка, Додела и потписивање уговора, Конкурсном документацијом, Одељак 1. Упутства понуђачима, тачке 39.1, 41.1 и 41.3 и Закључцима Владе Републике Србије број: 05 48-5555/2016 од 13. јуна 2016. године, број: 05 48-1/2017 од 4. јануара 2017. године и број 05 48 -3482/2018 од 19. априла 2018. године, в.д. директора Канцеларије за управљање јавним улагањима, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

у поступку јавне набавке: **Набавка опреме за Гинеколошко-акушерску клинику Народни фронт, Београд, Република Србија (Procurement of Equipment for The Obstetrics and Gynaecology Clinic Narodni Front, Belgrade, Serbia), Лот 1 - Radiology**
број набавке ИОП/29-2019/РД (IOP/29-2019/RD) –

1. Додељује се уговор о јавној набавци: **Набавка опреме за Гинеколошко-акушерску клинику Народни фронт, Београд, Република Србија (Procurement of Equipment for The Obstetrics and Gynaecology Clinic Narodni Front, Belgrade, Serbia), Лот 1 – Radiology, број набавке ИОП/29-2019/РД (IOP/29-2019/RD), у међународном отвореном поступку јавне набавке спроведеном у оквиру пројекта: Истраживање и развој у јавном сектору, подпројекат: Побољшање научне инфраструктуре из домена медицинских наука кроз набавку нове капиталне опреме, адаптацију постојећих и/или изградњу нових капацитета за потребе Гинеколошко акушерске клинике Народни фронт, по позиву за подношење понуда објављеном дана 25. октобра 2019.**

године у „Службеном листу Европске Уније”, и 31. октобра 2019. године на интернет страници Наручиоца и на Порталу јавних набавки, понуђачу:

Лот 1: Radiology - MD Imaging doo, Алексе Ненадовић 1, Београд, по понуђеној цени од 661.800,00 евра без ПДВ;

- Ову одлуку одмах по доношењу и објављивању на интернет страници Наручиоца и на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, доставити свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке из тачке 1. диспозитива.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

- Наручилац:** Канцеларија за управљање јавним улагањима, Немањина 11, 11000 Београд, Србија
- Предмет набавке:** Набавка опреме за Гинеколошко-акушерску клинику Народни фронт, Београд, Република Србија (Procurement of Equipment for The Obstetrics and Gynaecology Clinic Narodni Front, Belgrade, Serbia), број набавке ИОП/29-2019/РД (IOP/29-2019/RD), по партијама и процењених вредности:

Лот 1 – Radiology – процењена вредност 677.600,00 ЕУР без ПДВ

Лот 2 – Anesthesia and ICU – процењена вредност 1.068.400,00 ЕУР без ПДВ

Лот 3 – IVF - процењена вредност 802.450,00 ЕУР без ПДВ

Лот 4 – Wards - процењена вредност 688.100,00 ЕУР без ПДВ

Лот 5 – Surgery - процењена вредност 759.500,00 ЕУР без ПДВ

Лот 6 – Sterilization - процењена вредност 884.500,00 ЕУР без ПДВ

Лот 7 – ICT - процењена вредност 374.050,00 ЕУР без ПДВ

Лот 8 – Laboratory - процењена вредност 200.100,00 ЕУР без ПДВ

- Укупна процењена вредност набавке: 5.454.700,00 евра без ПДВ**

Врста поступка: међународни отворени поступак јавне набавке, који се спроводи у складу са одлуком о поступку јавне набавке бр. 404-02-33/2019-01 од 18.06.2019. године, на основу Закона о потврђивању Финансијског уговора (Истраживање и развој у јавном сектору) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке FI N. 25.497 (RS) („Службени гласник Републике Србије”, бр. 5/10), и закључака Владе Републике Србије бр: 05 48-5555/2016 од 13.06.2016. године и бр: 05 48-1/2017 од 04.01.2017 године, као и бр: 05 48-3482/2018 од 19.04.2018. године, и у складу са чланом 7. став 1. тачка (2а) Закона о јавним набавкама Републике Србије („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Дана 09.09.2020. године, наручилац је донео одлуку о додели уговора бр. 404-02-33/2019-01.

У наведеној одлуци уговор о набавци за Лот 1 – Radiology - додељен је понуђачу “MD Imaging“ d.o.o из Београда, који је као цену понуде определио износ од 661.800,00 евра.

Понуђачи који су били учесници наведеног поступка обавештени су дана 09.09.2020. године, путем електронске поште, о донетој одлуци о додели уговора. Такође, истог дана, наведена одлука је објављена на сајту Наручиоца и на Порталу јавних набавки.

Након тога, понуђач “Medicom“ d.o.o из Шапца поднео је Захтев за заштиту права против наведене одлуке у делу поступка набавке који се односи Лот 1 – Radiology. Наведени поднесак је код наручиоца примљен путем електронске поште дана 19.09.2020. године.

Поступајући по наведеном захтеву за заштиту права, наручилац је донео Закључак бр. 404-02-33/2019-01 од 28.09.2020. године којим је одбачен захтев за заштиту права подносиоца захтева “Medicom“ d.o.o” из Шапца. Наручилац је усвојио став да подносилац захтева нема активну легитимацију за подношење захтева поводом конкретног поступка набавке у складу са одредбом члана 148. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015; у наставку текста: ЗЈН).

Подносилац захтева је благовремено поднео жалбу против наведеног закључка донетог од стране наручиоца, а која је код Републичке комисије примљена и заведена дана 05.10.2020. године.

У решењу бр. 4-00-889/2020 од 23.10.2020. године, Републичка комисија усвојила је жалбу као основану и поништила закључак Наручиоца бр. 404-02-33/2019-01 од 28.09.2020. године.

Након тога, дана 05.11.2020. године, Републичка комисија усвојила је решење бр. 4-00-889/2020 којим се усваја као основан захтев за заштиту права који је поднео подносилац захтева “Medicom“ d.o.o” из Шапца и делимично поништава поступак означен као међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет „Набавка опреме за Гинеколошко-акушерску клинику Народни фронт, Београд, Република Србија“ (Procurement of Equipment for the Obstetrics and Gynecology Clinic Narodni Front, Belgrade, Serbia), број набавке ИОП/29-2019/РД (ИОП/29-2019/RD).

У складу са наведеним решењем, наручилац је био дужан да понови своје поступање у предметном поступку јавне набавке у складу са примедбама Републичке комисије које су изнете на основу доступне документације, а у вези са спроведеном стручном оценом понуде изабраног понуђача, водећи рачуна да његово поступање буде у складу са правилима по којима се спроводи предметни поступак набавке.

У том смислу и поступајући у складу са упутствима и примедбама Републичке комисије наведеним у решењу бр. 4-00-889/2020 од 05.11.2020. године, Комисија за јавну набавку поновила је своје поступање у предметном поступку јавне набавке у делу који се односи на Лот 1 – Radiology - у складу са примедбама Републичке комисије, изнетим на основу доступне документације, у вези са спроведеном стручном оценом понуде изабраног понуђача.

У вези примедби Републичке комисије у погледу поступања која је наручилац дужан да понови, Комисија је утврдила следеће:

- „Републичка комисија констатује да, у вези са разматрањем основаности поднетог захтева, а имајући у виду утврђено чињенично стање, у конкретном случају не следи да је могуће потврдити да је у фази стручне оцене понуда поступање наручиоца било у складу са правилима поступка на начин који произлази из одељка конкурсне документације који је насловљен као “Одељак I Упутства понуђачима“, у делу који је означен као “Припрема понуде“, клаузула 20 – “Период важења понуде“ и у делу који је означен као “Додела уговора“, клаузула 41 – “Обавештавање о додели уговора“, подтачка 41.1.

Наиме, документација о предметној набавци која је од стране наручиоца достављена овом органу ради одлучивања у конкретном случају не садржи доказе на околност да је од понуђача “MD Imaging“ d.o.o из Београда, као успешног понуђача, тражено да продужи рок важења понуде након дана 27.05.2020. године, док је наведеним правилима поступка прописано да понуде остају пуноважне током периода који је назначен у обрасцу за податке у понуди (образац ОПП) након датума који је наручилац одредио као крајњи рок за подношење понуда, те да наручилац неће прихватити као одговарајућу понуду која важи краћи период, као и да пре истека важења понуде, наручилац обавештава успешног понуђача, писаним путем, да је понуда прихваћена.

- Даље, поступајући по поднетом захтеву, Републичка комисија утврдила је да фактичком стању одговара указивање подносиоца захтева да су конкурсном документацијом, и то у оквиру одељка конкурсне документације који е насловљен као “Одељак III – Критеријуми за вредновање и квалификовање“, под тачком 2 – “Услови за постквалификацију“ (УП 37.2) били опредељени услови за постквалификовање понуђача након утврђивања најниже понуђене цене тако што је, поред осталог, дефинисано да услов за постквалификацију представља техничка способност и то производни капацитет који се доказује овлашћењем произвођача за продају (за понуђача) и сервисни капацитет који се доказује овлашћењем произвођача за сервисирање (за сервисера), при чему је наведено да су произвођачи дужни да обезбеде сервис опреме после продаје, од стране сервисера регистрованог у Републици Србији, да минималан број квалификованих запослених лица од стране сервисера сертификованих за сервисирање од стране произвођача износи 1 (један), као и да документовани доказ представљају попуњени обрасци “Овлашћење произвођача за период после продаје“ у складу са конкурсном документацијом, те за свако квалификовано лице једна (1) копија сертификата за понуђени модел система и М образац или копија уговора.

Такође, Републичка комисија је утврдила да је у наведеном делу конкурсне документације дефинисано да услов за постквалификацију представљају сертификати, стандарди, лиценце, те да је у том смислу одређено и да понуђач мора да обезбеди поседује сертификат ISO 9001:2015 или еквивалент за произвођаче, као и да је за понуђена медицинска средства потребно доставити доказе о тренутно важећој регистрацији у АЛИМС-Република Србија (лиценца), а ако уређај није регистрован код АЛИМС-а у тренутку подношења понуде, понуђач је дужан да достави СЕ сертификат, уз напомену да ако се не прикаже регистрација АЛИМС нити СЕ сертификат, понуда ће бити одбијена.

Имајући у виду чињенично стање на околност садржине конкурсне документације у наведеном делу, утврђено у вези са разматрањем основаности поднетог захтева, Републичка комисија констатовала је да на основу података доступних у вези са стручном оценом понуде, односно података приказаних у оквиру одлуке о додели

уговора, не може да се оцењује да ли је поступање наручиоца било у складу са правилима поступка приликом утврђивања да ли је, с обзиром на документацију достављену у понуди поднету ради учешћа у Лоту 1, изабрани понуђач доказао да испуњава услове за постквалификавање са становишта чињенице да је, поред осталог, као део хардверског система PACS (уређај опредељен као ставка 5), његовом понудом обухваћен медицински колор дијагностички монитор (тачка 2.7 техничке спецификације за наведено добро) Veason C22SP+, односно да је његовом понудом, као део система да дигитализацију опреме (лот 1, уређај опредељен као ставка 6) обухваћен медицински ласерски штампач DryPro 837, произвођача Konica Minolta (тачка 6.3 техничке спецификације за наведено добро).

- У вези са изнетим, Републичка комисија констатовала је да је, стога што је пошао од закључка да подносилац захтева нема активну легитимацију за подношење захтева за заштиту права у предметном поступку набавке, у оквиру аргументације изложене у оквиру закључка бр. 404-02-33/2019-01 од 09.09.2020. године у коме је изнео разлоге због којих сматра да је поднети захтев за заштиту права неоснован, наручилац такође навео и да због тога што је довољно да постоји само један основан разлог за одбијање понуде као неодговарајуће/неприхватљиве, није посебно разматран захтев за заштиту права у делу у којем је оспорена прихватљивост понуде изабраног понуђача, при чему из истог разлога нема ни довољно података и којих би следило да је приликом вршења стручне оцене понуде изабраног понуђача наручилац разматрао да ли је за њену суштинску прихватљивост од утицаја чињеница да у оквиру исте није опредељен модел Avanse DR који представља понуђени систем за дигитализацију опреме, имајући у виду да према подацима који су садржани у оквиру решења АЛИМС бр. 515-02-0276-1-001 од дана 05.12.2017. године постоје четири модела наведеног уређаја и то F1, F2, P1 и P2.”

Комисија за јавну набавку поновила је своје поступање у предметном поступку јавне набавке у складу са примедбама Републичке комисије у вези са спроведеном стручном оценом понуде изабраног понуђача, и утврдила је следеће:

Пре свега, Комисија је истакла да остаје при свим закључцима и наводима изнетим у Извештају о оцени понуда бр. 404-02-59/2018-01 од 12.03.2020. године а у вези са стручном оценом обе понуде достављене за Лот 1 – Radiology, односно понуде понуђача: “MD Imaging“ d.o.o., Алексе Ненадовића 1, Београд и понуде понуђача: “Medicom“ d.o.o. из Шапца, Поцерска 3, Шабац.

У том смислу, Комисија је истакла да Извештај о оцени понуда бр. 404-02-59/2018-01 од 12.03.2020. године остаје непромењен и да је само допуњен наводима и закључцима изнесеним у овом додатку.

-Поступајући по примедбама Републичке комисије изнетих у решењу бр. 4-00-889/2020 од 05.11.2020. године, Комисија је дана 17.12.2020. године, 22.01.2021. године и 25.02.2021. послала у писаном облику званични захтев за продужење рока важења понуде и достављање банкарске гаранције успешном понуђачу: “MD Imaging“ d.o.o., Алексе Ненадовића 1, Београд, у складу са конкурсном документацијом, Одељак I УП, клаузула 20. “Период важења понуде“, подтачка 20.2.

Дана 18.12.2020. године, понуђач: "MD Imaging" d.o.o. Београд доставио је наручиоцу допис којим је продужен период важења понуде до 28. 01.2021. године, дана 22.01.2021. године допис којим је продужен период важења понуде до 01.03.2021. године и дана 25.02.2021. године допис којим је продужен период важења понуде до 30.03.2021. године. Такође, овај понуђач је и дана 23.12.2020. године доставио банкарску гаранцију за озбиљност понуде, датирану од 22.12.2020. године, са важењем до 28.04.2021. године.

Сходно томе, Комисија је утврдила да је понуда понуђача: "MD Imaging" d.o.o. Београд пуноважна током периода који је назначен у обрасцу за податке у понуди (образац ОПП), након датума који је наручилац одредио као крајњи рок за подношење понуда.

-Даље, у погледу примедби Републичке комисије у вези са питањем да ли је изабрани понуђач: "MD Imaging" d.o.o. Београд документарним доказима достављеним у својој понуди достављеној 10.12.2019. године успешно доказао да испуњава захтеве за постквалификацију из тачке (е) техничка способност (укључујући производне и сервисне капацитете) и тачке (ф) сертификати, стандарди и лиценце, након што је поновила поступања у предметном поступку набавке у складу са налогом Републичке комисије и у вези са спроведеном стручном оценом понуде понуђача "MD Imaging" d.o.o. Београд, Комисија је утврдила следеће чињенице:

Приликом утврђивања да ли је изабрани понуђач: "MD Imaging" d.o.o, Алексе Ненадовића 1, Београд успешно доказао да испуњава захтеве за постквалификацију у складу са тачком (е) техничка способност (укључујући производне и сервисне капацитете) и тачком (ф) сертификати, стандарди и лиценце, са становишта чињенице да је, поред осталог, као део хардверског система PACS (уређај опредељен као ставка 5), његовом понудом обухваћен медицински колор дијагностички монитор (тачка 2.7 техничке спецификације за наведено добро) Veacon C22SP+, односно да је његовом понудом, као део система да дигитализацију опреме (лот 1, уређај опредељен као ставка 6) обухваћен медицински ласерски штампач DryPro 837, произвођача Kopica Minolta (тачка 6.3 техничке спецификације за наведено добро), Комисија истиче да је применила следећа правила и принципе.

У обрасцу структуре цена, наручилац је навео списак уређаја који су предмет набавке, при чему је за сваки уређај који се набавља наведен серијски број, назив, количина и одређена техничка спецификација. С тим у вези, испуњеност услова за постквалификацију вреднује се, по правилу, у односу на сваки уређај који се набавља. Према томе, у оквиру услова за постквалификацију који се односе на уређаје и опрему који су предмет набавке, наручилац је оценио документе достављене као доказ о испуњености услова за поједине уређаје у целини као главне компоненте система, будући да је предмет набавке дефинисана и одређен као уређаји који представљају целину, а не као засебне компоненте система. Према томе, у случају да је предмет набавке утврђен као целина састављена од појединих ставки дефинисаних у обрасцу структуре цене, услови за постквалификацију се, по правилу, тумаче у односу на тако дефинисан предмет набавке.

Наручилац је, такође констатовао да конкурсна документација, Одељак I, УП, клаузула 35.2, предвиђа да наручилац у оцени понуде користи све факторе, методе и критеријуме дефинисане у Упутству понуђачима, клаузула 35, и да није дозвољен ниједан други критеријум или метод, док клаузула 35.3 (а) даље предвиђа да наручилац, приликом разматрања и оцењивања понуде, оцењује поједине ставке или партије, као што је назначено у обрасцу ОПП. Даље, клаузула 37.1 Упутство понуђачима предвиђа да наручилац утврђује,

на начин прихватљив наручиоцу, да ли је изабрани понуђач који је поднео економски најповољнију понуду која је суштински одговарајућа, способан да на задовољавајући начин изврши уговор, а клаузула 37.2 Упутства понуђачима прописује да то треба да се утврди на основу прегледа документованих доказа о квалификованости понуђача које је понуђач доставио, у складу са упутствима из Упутства понуђачима. Клаузула 19. подтачка 19.1, под (ц) Упутство понуђачима даље предвиђа да документовани доказ о квалификацији понуђача да изврши уговор уколико се његова понуда прихвати треба да потврђује да понуђач испуњава све критеријуме за квалификацију, онако како је то означено у “Одељку III – Критеријуми за вредновање и квалификовање”.

Из свега наведеног јасно произилази да конкурсна документација предвиђа да наручилац утврђује да понуђач испуњава све критеријуме за квалификацију за поједине ставке и партије, а не за појединачне компоненте или делове у оквиру ставки.

Наручилац врши стручну оцену понуда на гореописани начин, односно процена испуњености услова за постквалификацију врши се у односу на ставке које су предмет ове јавне набавке.

У складу са дефинисаним условом за постквалификацију, техничка способност, односно производни капацитет који се доказује овлашћењем произвођача за продају (за понуђача) и сервисни капацитет који се доказује овлашћењем произвођача за сервисирање (за сервисера), у којем се наводи да су произвођачи дужни да обезбеде сервис опреме после продаје од стране сервисера регистрованог у Републици Србији, да је минималан број квалификованих запослених лица од стране сервисера сертификованих за сервисирање од стране произвођача 1 (један), као и да документовани доказ представљају попуњени обрасци “Овлашћење произвођача за период после продаје“ у складу са конкурсном документацијом, те за свако квалификовано лице једна (1) копија сертификата за понуђени модел система и М образац или копија уговора, докази о испуњености услова достављају се и утврђују у односу на понуђени модел система, а не у односу на поједине компоненте понуђеног система.

Из свега наведеног и на основу докумената достављених у понуди понуђача: “MD Imaging“ d.o.o. Београд, Комисија је утврдила да је понуђач: “MD Imaging“ d.o.o. Београд успешно доказао да испуњава захтеве за постквалификацију из тачке (е) техничка способност (укључујући производне и сервисне капацитете) и тачке (ф) сертификати, стандарди и лиценце што се тиче хардверског система PACS (уређај опредељен као ставка 5), као и система да дигитализацију опреме (лот 1, уређај опредељен као ставка 6), будући да је Комисија несумњиво утврдила да је овај понуђач у својој понуди доставио све документарне доказе који се захтевају у конкурсној документацији као доказ испуњености услова за постквалификацију из тачке (е) техничка способност (укључујући производне и сервисне капацитете) и тачке (ф) сертификати, стандарди и лиценце, и будући да се ти документарни докази односе на уређаје (понуђене системе) обухваћене у оквиру предметне ставке у обрасцу структуре цене.

По мишљењу Комисије и на основу свега што је наведено, неспорно је да је чињеница да ли је понуђач: “MD Imaging“ d.o.o. Београд успешно доказао да испуњава захтеве за постквалификацију из тачке (е) техничка способност (укључујући производне и сервисне капацитете) и тачке (ф) сертификати, стандарди и лиценце за подставку медицински колор дијагностички монитор Веасон C22SP+ (тачка 2.7 техничке спецификације), која је део хардверског система PACS (уређај опредељен као ставка 5), као и за медицински ласерски

штампач DryPro 837, произвођача Konica Minolta (тачка 6.3 техничке спецификације), који је део система за дигитализацију опреме (лот 1, уређај одређен као ставка 6), небитна за утврђивање испуњености услова за постквалификацију од стране овог понуђача.

Комисија је поновила да, према релевантним одредбама конкурсне документације, не може бити донет ниједан други закључак осим закључка да су испуњени услови за постквалификацију целокупне ставке, а не појединих подставки у оквиру ставке.

- У погледу примедби Републичке комисије у вези с тим да ли је наручилац узео у обзир да ли на суштинску прихватљивост понуде понуђача: "MD Imaging" d.o.o. Београд може да утиче чињеница да се у понуди не наводи конкретан модел Avanse DR, који је понуђен као систем за дигитализацију опреме, имајући у виду да према информацијама садржаним у АЛИМС одлуци бр. 515-02-0276-1-001 од 05.12.2017. године, постоје четири различита модела наведеног уређаја, тачније F1, F2, P1 и P2, Комисија наводи следеће.

Приликом стручне оцене понуде понуђача: "MD Imaging" d.o.o. Београд, Комисија је утврдила да се у понуди не наводи конкретан модел Avanse DR, који је понуђен као систем за дигитализацију опреме, као и да према информацијама садржаним у АЛИМС одлуци бр. 515-02-0276-1-001 од 05.12.2017. године, постоје четири различита модела наведеног уређаја, тачније F1, F2, P1 и P2, међутим, Комисија је истовремено утврдила и да та чињеница не би требало да утиче на суштинску прихватљивост ове понуде, будући да је на основу докумената достављених овој понуди несумњиво утврђено да је техничка спецификација понуђене опреме у складу са траженим техничким спецификацијама, без обзира на модел понуђене опреме. Другим речима, што се тиче поднете понуде, чињеница који је модел понуђен не утиче на суштинску прихватљивост ове понуде и небитна је за утврђивање суштинске прихватљивости ове понуде.

Закључак Комисије:

ЛОТ 1 – Radiology

1. Понуђач: "MD Imaging" d.o.o., Алексе Ненадовића 1, Београд

Достављени су сви документарни докази који испуњавају техничке захтеве.

Понуђена цена: 661.800,00 евра

Након испитивања техничких спецификација и достављене техничке документације, закључује се да понуђени модели у потпуности испуњавају тражене техничке карактеристике.

У складу са тим, Комисија је констатовала да је понуда понуђача: "MD Imaging" d.o.o., Алексе Ненадовића 1, Београд – суштински одговарајућа – испуњава све техничке спецификације без материјалних одступања и резервација.

2. Понуда понуђача: Medicom doo Шабац, Поцерска 3, Шабац (са изменом понуде понуђача примљеном код Наручиоца дана 10.12.2019. године у 10.05), садржи следеће недостатке:

Понуђена цена: 397.678, 00 еура без ПДВ

Како би се утврдила усаглашеност Добара и пратећих услуга са Тендерском документацијом, понуђач је у оквиру своје понуде био у обавези да достави доказ да је понуђена опрема у складу са техничким спецификацијама и стандардима предвиђеним Тендерском документацијом (Одељак VI – Распоред захтева, Schedule of Requirements).

Захтевани доказ могао је бити у облику литературе, цртежа или података (data sheet-a), и требао је садржати детаљни опис по ставкама основних техничких и функционалних карактеристика Добара и пратећих услуга, који демонстрира суштинску усклађеност Добара и пратећих услуга са техничком спецификацијом.

Као доказ да понуђена добра испуњавају захтеве техничке спецификације, понуђач Medicom doo Шабац доставио је Изјаве произвођача и Брошуре, осим за ставку бр. 4 за коју је доставио Технички лист (Data sheet).

Имајући у виду да поднети технички документи не садрже техничке податке понуђених модела (детаљан опис по ставкама основних техничких и функционалних карактеристика Добара и пратећих услуга), током стручне оцене и поређења понуда, Комисија није могла недвосмислено утврдити да сви понуђени уређаји у потпуности испуњавају дефинисане техничке спецификације. Наручилац овде напомиње да достављена техничка документација за понуђену опрему у виду „Брошуре“, представља рекламни материјал, који не представља техничку документацију технолошки сложених уређаја који захтевају свеобухватну и детаљну техничку документацију.

Даље, у складу с тендерском документацијом, Одељак I УП, Процена и упоређивање понуда, Појашњење понуда, тачка 29.1, а у циљу провере усклађености и прихватљивости понуде коју је доставио понуђач Medicom doo Шабац, Поцерска 3, дописом од 15. јануара 2020. године Комисија је упутила Захтев за појашњење а у вези са следећим ставкама за које Наручилац није могао недвосмислено да утврди да ли испуњавају техничке спецификације:

Ставка 1 - 4D Gynecological ultrasound system with two probes, ИД број: 11, 22, 24.9, 25.2

Ставка 2 - 2D Gynecological ultrasound system with two probes, ИД број: 6, 11, 20.2, 20.3

Ставка 3 - 2D Gynecological ultrasound system with two probes, ИД број: 5, 8, 12, 23.3

Ставка 6 - System for digitalization of X-ray equipment, ИД број: 6.2.2

С тим у вези, у горе наведеном Захтеву за појашњење, од понуђача је захтевано да разјасни понуђене технологије са детаљним описом и да Наручиоцу достави техничке документе - техничке листове (Data sheet) као доказ технологије, тј. понуђене техничке спецификације.

У складу са Одељком II, BDS (Bidding data sheet), клаузула 33.2, која предвиђа да Купац може затражити од Понуђача да достави узорке за понуду као и додатну документацију неопходну ради процене техничких карактеристика понуде, захтеван је Технички лист (Technical Data Sheet) као одговарајући документ који садржи техничке податке о карактеристикама производа, компонентама или софтвера са довољно детаља који купцу омогућавају да разуме шта дати производ представља и да разуме улогу компоненти у укупном систему, а неопходно је да купац потврди усаглашеност и прихватљивост понуђених уређаја.

Понуђач: Medicom doo Шабац, Поцерска 3, Шабац је у допису од 20. јануара 2020. године доставио Појашњење са описом понуђене технологије и Изјавом произвођача за сваки предмет у спецификацији који су били предмет појашњења, али без захтеваног техничког листа или друге технички релевантне документације. Уместо тога, Понуђач је поновио достављање Изјаве произвођача што не представља одговор на захтев Наручиоца.

Горе поменута документација је захтевана како би се утврдило да ли понуђени уређаји недвосмислено суштински одговарају техничким карактеристикама уређаја који су предмет јавне набавке.

Након прегледа техничких спецификација и горе наведених докумената, несумњиво је утврђено да наведена добра не испуњавају тражене техничке карактеристике:

4D Gynecological ultrasound system with two probes				
Ставка 1:	ИД бр.	Захтевана техничка спецификација	Понуђена техничка спецификација	Недостаци
	11	Technology which improves image resolution and penetration in the far field which allows to use a higher frequency on technically difficult-to-scan patients.	The offered device is equipped with technologies which improves image resolution and penetration in the far field which allows to use a higher frequency on technically difficult-to-scan patients.	Комисија је захтевала појашњење - детаљан опис, назив технологије и Технички документ (data sheet) - са подацима као доказ о технологији која се нуди. Понуђач је описао понуђено решење, али није доставио тражени Технички лист са подацима, већ је поновио достављање Изјаве произвођача која Појашњењем није захтевана. Наручилац на основу достављене документације није могао да оцени предметно добро као прихватљиво.
	22	Automated standardized measurements for Nuchal Translucency	The offered device is equipped with GI 3D Quantification, 2D and 3D measurement	Комисија је захтевала појашњење - детаљан опис, назив технологије и Технички документ (data

	and Intracranial Translucency.	tool including distance, area, angle, auto volume and ellipsoid measurements.	sheet) - са подацима као доказ о технологији која се нуди. Понуђач је описао понуђено решење, али није доставио тражени Технички лист са подацима, већ је поновио достављање Изјаве произвођача која Појашњењем није захтевана. На основу достављеног описа технологије, Наручилац је утврдио да понуђена спецификација за ову позицију не задовољава тражену технологију, понуђач није понудио потребне софтверске алате.
24.9	Method for showing hemodynamics direct in B-Mode (without use of doppler technology) which is based on reflection of blood cells.	Highly sensitive imaging mode designed to detect slow and weak blood flow anatomy in tissue	Комисија је захтевала појашњење - детаљан опис, назив технологије и Технички документ (data sheet) - са подацима као доказ о технологији која се нуди. Понуђач је описао понуђено решење као ЦПА софтвер, али није доставио захтевани Технички лист са подацима, већ је поновио Изјаву произвођача која Појашњењем није захтевана. На основу достављеног описа технологије, Наручилац је утврдио да понуђена спецификација за ову позицију не задовољава тражену технологију, понуђач није понудио потребне софтверске алате – тражена је технологија

				која није заснована на доплеру.
	25.1	The method which during 3D/4D acquisition automatically determines the position and shape of the render start line and optimally adjusts it for the best adaptation to the render object.	Mod which during 3D/4D acquisition determines the position and shape of the render start line and optimally adjusts, by users for the best adaptation to the render object	Не испуњава услов: Понуђена технологија не омогућава аутоматско одређивање почетне позиције рендер линије и самим тим оптимално подешавање како би се добио што прецизнији рендер објекта.
	27.1	4D Volume convex, abdominal probe with active matrix array: Frequency range : 1 – 7 MHz (+/- 0,5 MHz) Number of elements : minimum 900 Field of view (FOV) : 90°	4D Volume convex, PureWave abdominal probe (V9-2): Frequency range: 2 - 9 MHz, Number of elements: 192, Field of view (FOV): 100°	Не испуњава услов: Захтевани број елемената је минимум 900, док је понуђени број елемената 192.
	27.2	4D Volume endocavity probe: Frequency range : 4 – 9 MHz (+/- 0,5 MHz) Number of elements : minimum 192 Field of view (FOV): 180°	4D Volume endocavity probe (3D9-3v): Frequency range: 3 – 9 MHz, Number of elements: 128, Field of view (FOV): 164°	Не испуњава услов. Захтевани број елемената је минимум 192, док је понуђени број елемената 128. Исто тако, захтевани FOV (видно поље) је 180°, док је понуђени FOV (видно поље) 164°.

2D Gynecological ultrasound system with two probes

Ставка 2:	ИД бр	Захтевана техничка спецификација	Понуђена техничка спецификација	Недостаци
	4	LCD LED monitor with DVI interface, at least 23" diagonal, resolution of minimum 1920x1080 pixels, tilt/rotate adjustable, digital backlight and color	The offered device is equipped with LCD monitor, 21,5" diagonal, resolution of 1920x1080 pixels, tilt/rotate adjustable, color temperature	Не испуњава услов. Захтевани монитор је најмање 23 инча, док је понуђени модел од 21.5 инча.

	temperature adjustment. Minimum 10 default monitor settings available.	adjustment. >12 default monitor settings available.	
6	Technology which improves image resolution and penetration in the far field which allows to use a higher frequency on technically difficult-to-scan patients.	The offered device is equipped with technologies which improves image resolution and penetration in the far field which allows to use a higher frequency on technically difficult-to-scan patients.	Комисија је захтевала појашњење - детаљан опис, назив технологије и Технички документ (data sheet) - са подацима као доказ о технологији која се нуди. Понуђач је описао понуђено решење, али није доставио тражени Технички лист са подацима, већ је поновио достављање Изјаве произвођача која Појашњењем није захтевана. Наручилац на основу достављене документације није могао да оцени предметно добро као прихватљиво.
11	Maximum depth range in B-mode not less than 35 cm – probe depended	The offered device is capable to show depth range in B-mode not less than 35 cm – probe depended	Комисија је захтевала појашњење због чињенице да је за исти модел Affiniti 30 понуђен различит опсег дубина за Ставке ИД бр. 2 и бр. 3 (Price schedule). Понуђач је појашњењем потврдио да је опсег дубине 1-40 цм, али као доказ поновио је достављање Изјаве произвођача, али не и захтевану Техничку документацију (data sheet)

20.2	Method which during 3D/4D acquisition automatically determines the position and shape of the render start line and optimally adjusts it for the best adaptation to the render object.	Mod which during 3D/4D acquisition determines the position and shape of the render start line and optimally adjusts, by users for the best adaptation to the render object	Комисија је захтевала појашњење - Не испуњава услов. Понуђена технологија не омогућава аутоматско одређивање почетне позиције рендер линије и самим тим оптимално подешавање како би се добио што прецизнији рендер објекта.
20.3	Method for showing hemodynamics direct in B-Mode (without use of doppler technology) which is based on reflection of blood cells.	Highly sensitive imaging mode designed to detect slow and weak blood flow anatomy in tissue.	Комисија је захтевала појашњење - детаљан опис, назив технологије и Технички документ (data sheet) - са подацима као доказ о технологији која се нуди. Понуђач је описао понуђено решење као ЦПА софтвер, али није доставио захтевани Технички лист са подацима, већ је поновио достављање Изјаве произвођача која Појашњењем није захтевана. На основу достављеног описа технологије, Наручилац је утврдио да понуђена спецификација за ову позицију не задовољава тражену технологију, понуђач није понудио потребне софтверске алате – тражена је технологија која није заснована на доплеру.
23.1	2D Wideband Convex probe: Frequency range: 2 – 5 MHz (+/- 0,5MHz) Number of elements: minimum 128	2D Wideband Convex probe: Frequency range: 2-6 MHz (C6-2), Number of elements: 128,	Не испуњава услов. Захтевани FOV (видно поље) је 80°, док је понуђени 72°.

		Scan angle in wide mode: minimum 80°	Scan angle in wide mode: 72°	
2D Gynecological ultrasound system with two probes				
Ставка 3:	ИД бр	Захтевана техничка спецификација	Понуђена техничка спецификација	Недостаци
	4	LCD LED monitor with DVI interface, at least 23" diagonal, resolution of minimum 1920x1080 pixels, tilt/rotate adjustable, digital backlight and color temperature adjustment. Minimum 10 default monitor settings available.	The offered device is equipped with LCD monitor, 21,5" diagonal, resolution of 1920x1080 pixels, tilt/rotate adjustable, color temperature adjustment. >12 default monitor settings available.	Не испуњава услов. Захтевани монитор је минимум 23 инча, док је понуђени модел од 21,5 инча.
	5	Maximum depth range in B-mode not less than 40 cm – probe depended.	The offered device is capable to show depth range in B-mode from 1-40 cm – probe depended.	Комисија је захтевала појашњење због чињенице да је за исти модел Affiniti 30 понуђен различит опсег дубина за Ставке ИД бр. 2 и бр. 3 (Price schedule). Понуђач је појашњењем потврдио да је опсег дубине 1-40 цм, али као доказ је поновио достављање Изјаве произвођача, али не и захтевану Техничку документацију (data sheet)
	8	Technology which improves image resolution and penetration in the far field which allows to use a higher frequency on technically difficult-to-scan patients.	The offered device is equipped with technologies which improves image resolution and penetration in the far field which allows to use a higher frequency on	Комисија је захтевала појашњење - детаљан опис, назив технологије и Технички документ (data sheet) - са подацима као доказ о технологији која се нуди. Понуђач је описао понуђено решење, али није доставио тражени

		technically difficult-to-scan patients.	Технички лист са подацима, већ је поновио достављање Изјаве произвођача која Појашњењем није захтевана. Наручилац на основу достављене документације није могао да оцени предметно добро као прихватљиво.
12	Automated standardized measurements for Nuchal Translucency and Intracranial Translucency.	The offered device is equipped with GI 3D Quantification, 2D and 3D measurement tool including distance, area, angle, auto volume and ellipsoid measurements.	Комисија је захтевала појашњење - детаљан опис, назив технологије и Технички документ (data sheet) - са подацима као доказ о технологији која се нуди. Понуђач је описао понуђено решење, али није доставио тражени Технички лист са подацима, већ је поновио достављање Изјаве произвођача која Појашњењем није захтевана. На основу достављеног описа технологије, Наручилац је утврдио да понуђена спецификација за ову позицију не задовољава тражену технологију, понуђач није понудио потребне софтверске алате.
25.1	2D Wideband Convex probe: Frequency range: 2 – 5 MHz (+/- 0,5MHz) Number of elements: minimum 192	2D Wideband Convex probe (C6-2): Frequency range: 2-6 MHz, Number of elements: 128, Scan	Не испуњава услов. Захтевани број елемената је минимум 192, док је понуђени број елемената 128.

		Scan angle in wide mode minimum: 113°	angle in wide mode: 72°	Захтевани FOV (видно поље) је 80° (Појашњење бр. 3), док је понуђени 72°.
	25.2	2D Endocavity probe: Frequency range: 2,5 – 10 MHz (+/- 0,5MHz) Number of elements: minimum 192 Scan angle in wide mode: minimum 180°	2D Endocavity probe (C9-4v): Frequency range: 4 - 9 MHz, Number of elements: 128, Scan angle in wide mode: 181°	Не испуњава услов. Захтевани број елемента је минимум 192, док је понуђени број елемената 128. Одступање од 1° представља мањи недостатак и прихватљив је.
PACS				
Ставка 5:	ИД бр	Захтевана техничка спецификација	Понуђена техничка спецификација	Недостаци
	3.16	Support for at least English and Serbian language;	Support for English language	Не испуњава услов, PACS не подржава српски језик.
	5.8	MIP, MinIP, AvgIP	MIP, MinIP	Не испуњава услов, нема AvgIP
	6.7.1	MPR, MPI, MINIP, AVGIP	MPR, MPI, MINIP	Не испуњава услов, нема AvgIP
	6.7.4	Window Level, Zoom, measuring distances, measuring surface, inversion, Hausfield unit's measurement	Window Level, Zoom, measuring distances, measuring surface, inversion	Не испуњава услов, не садржи HU мерење
System for digitalization of X-ray equipment				
Ставка 6:	ИД бр	Захтевана техничка спецификација	Понуђена техничка спецификација	Недостаци
	6.4.2.	Monitor characteristics: - DICOM calibrated diagnostic monitor - 2 pieces - grayscale monitors - Resolution: min 2 MP /	Monitor characteristics: - DICOM calibrated diagnostic monitor - 2 pieces - grayscale monitors	Не испуњава услов, ниједан документ као доказ овог дела техничке спецификације (линија 6.4.2) није достављен.

		1600 x 1200 - Size: min 21" - Luminance: min 1900 cd/m2 - Contrast: min 1400:1	- Resolution: 5 MP / 2048 x 2560 - Size: 21,3" - Luminance: 2000 cd/m2 - Contrast: 1500:1	Понуђач је у понуђеној техничкој спецификацији навео да се овај део техничке спецификације доказује документом Изјава произвођача МС6, страна 3, док достављени документ Изјава произвођача МС6 не садржи спецификацију у линији 6.4.2. У понуђеној техничкој спецификацији за линију 6.4.2 није наведен назив произвођача, модел нити се то могло утврдити у било ком другом пратећем документу.
--	--	---	--	---

Сагласно изнетом, Комисија је констатовала да понуда понуђача Medicom doo Шабац, Поцерска 3, Шабац, садржи такве недостатке услед којих није могуће утврдити стварну садржину понуде, или је упоредити са другим понудама, као и такве недостатке и материјална одступања у вези са захтеваним техничким карактеристикама услед чега се може сматрати суштински неодговарајућом понудом.

У том смислу, **Комисија је одбила понуду као суштински неодговарајућу – неадекватну понуду.**

3. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцену понуда је **најнижа понуђена цена усаглашених и технички одговарајућих понуда.**

Најниже оцењена понуда је најповољнија понуда.

Комисија је извршила проверу рачунске исправности суштински усклађених понуда и констатовала да су све понуде рачунски исправне.

Комисија је констатовала да су следеће наведене понуде финансијски усаглашене понуде, те су рангиране како следи:

ЛОТ 1:

- Понуђач: **MD Imaging doo, Алексе Ненадовић 1, Београд, са укупно понуђеном ценом од 661.800, 00 еура без ПДВ;**

4. ПОСТКВАЛИФИКОВАЊЕ

ЛОТ 1

Понуда 1: Понуђач: Medicom doo Шабац, Поцерска 3, Шабац (са изменом понуде понуђача примљеном код Наручиоца дана 10.12.2019. у 10.05):

Приликом оцењивања околности да ли понуђач има тражене квалификације, сагласно УП тачка 37, ценећи само наведене услове, утврђено је следеће:

Понуђач није доказао да испуњава постквалификационе услове из тачке ф) Сертификати, стандарди и лиценце, за Лот 1 – Radiology, ИД 4 - Radiation Shielding Glass for medical, technical and research applications. Наиме, понуђач је кроз Измену понуде доставио Изјаву произвођача HaMedic GmbH да је опрема наведеног произвођача произведена у складу са Систем менаџмента квалитета ИСО 9001, али не и ИСО 9001:2015 нити еквивалент за наведеног произвођача, онако како је захтевано Тендерском документацијом.

Понуђач је доставио исправно средство обезбеђења понуде.

Комисија је утврдила да понуђач: Medicom doo Шабац, Поцерска 3, Шабац није квалификован за доделу уговора, с обзиром да документацијом достављеном у понуди није доказао да испуњава све обавезне и додатне услове за учешће предвиђене Конкурсном документацијом (захтеве за постквалификавање).

Сагласно изнетом, Комисија је констатовала да је понуда понуђача Medicom doo Шабац, Поцерска 3, Шабац, **неприхватљива – не испуњава тражене услове за постквалификацију.**

Понуда 2: Понуђач: MD Imaging doo, Алексе Ненадовић 1, Београд:

Достављени су сви прилози којима се доказује испуњеност тражених обавезних и додатних услова у понуди понуђача **MD Imaging doo, Алексе Ненадовић 1, Београд.**

Комисија је утврдила да понуђач **MD Imaging doo, Алексе Ненадовић 1, Београд** испуњава све обавезне и додатне услове за учешће, као и да је доставио исправно средство обезбеђења понуде.

Сагласно изнетом, Комисија је констатовала да је понуда понуђача **MD Imaging doo, Алексе Ненадовић 1, Београд** **прихватљива – испуњава тражене услове за постквалификацију.**

Листа поднетих докумената и техничка евалуација су приказане табеларно и прилог су и саставни део Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-02-59/2018-01 од 12.03.2020. године.

У складу са свим што је претходно наведено, Комисија предлаже наручиоцу да, у поступку набавке чији је предмет „Набавка опреме за Гинеколошко-акушерску клинику Народни фронт, Београд, Република Србија“ (Procurement of Equipment for

the Obstetrics and Gynecology Clinic Narodni Front, Belgrade, Serbia), број набавке ИОП/29-2019/РД (IOP/29-2019/RD), у делу који се односи на Лот 1 – Radiology - достави одлуку о додели уговора следећем понуђачу и да с њим закључи уговор:

ЛОТ 1

Назив понуђача	MD Imaging doo, Алексе Ненадовић 1, Београд
Понуђена цена (Total DAP price excluding VAT and Custom Duties on import)	661.800,00 €

Комисија је саставила Додатак извештаја о оцени понуда бр. 404-02-59/2018-01 од 12.03.2020, број 404-02-33/2019-01 од 23. децембра 2020. године, који је достављен надлежним органима Европске инвестиционе банке дана 25. децембра 2020. године, у складу са Анексом 2. Водича за набавке за пројекте које финансира ЕИБ - Преглед од стране Банке одлука о набавкама за пројекте у јавном сектору изван Европске уније, на сагласност.

Надлежни органи Европске инвестиционе банке су дана 16. марта 2021. године, на основу Додатка извештају о оцени понуда бр. 404-02-59/2018-01 од 12.03.2020, број 404-02-33/2019-01 од 23. децембра 2020. године, дали сагласност на избор најповољније понуде, обавестили Наручиоца да може да настави са наредним кораком у поступку предметне јавне набавке, односно да може да донесе одлуку о додели уговора, те да о донетој одлуци, у којој ће бити дат кратак приказ разлога за доношење поменуте одлуке, обавести све понуђаче који су учествовали у поступку предметне јавне набавке.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Наручилац ће доставити ову одлуку о додели уговора, непосредно након издавања исте, електронском поштом свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке из тачке 1. диспозитива ове одлуке и објавиће је на интернет страници Наручиоца и на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.

Поступак за подношење жалби од стране Понуђача:

Понуђачи који сматрају да су оштећени, грешком или као последица неправилности у току поступка доделе уговора, могу да поднесу жалбу у року од 10 (десет) дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на интернет сајту Наручиоца, при чему треба да наведу да њихова понуда није била успешна.

Жалбе (захтеви за заштиту права) у првом степену достављају се Наручиоцу на адресу:

Канцеларија за управљање јавним улагањима
Немањина 22-26, Београд, Србија
Република Србија

Наручилац може да прихвати жалбу у року од 5 дана или, у случају да је не прихвати, доставиће комплетну документацију Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавне набавке ради одлучивања о захтеву.

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки дужна је да о захтеву за заштиту права одлучи у року од 20 дана од дана пријема комплетне документације неопходне за утврђивање чињеница и одлучивање.

Против одлуке Републичке комисије није могуће уложити жалбу.

Међутим, против одлуке Републичке комисије могуће је покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке.

Управни спор могуће је покренути и у случају да Републичка комисија није одлучила и донела решење у роковима прописаним у члану 158. Закона о јавним набавкама.

Достављено:

- Medicom doo Шабац, Поцерска 3, Шабац
- MD Imaging doo, Алексе Ненадовић 1, Београд
- Архиви

Канцеларија за управљање јавним
улагањима



Марко Благојевић, в.д. директор