



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА

Немањина 11, Београд
Број: 404-02-80/2019-01
18. август 2023. године

На основу Закона о потврђивању оквирног уговора о зајму Л/Д 1981 (2018) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 6/19) и Закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1981 ADD 1 (2022) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије – Зајам за финансирање јавног здравственог сектора (PFF) („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 4/23), члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама Републике Србије („Сл. гласник РС“, 91/19), Водича за набавку добара, радова и услуга Банке за развој Савета Европе, тачка 3.9.12. Евалуација понуда и додела уговора и Извештаја о евалуацији понуда број 404-02-80/2019-01 од 23.02.2021. године, министар за јавна улагања, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

1. У међународном отвореном поступку јавне набавке бр. ИОП/38-2019/УХИ (ИОР/38-2019/УНИ), покренутом у складу са Одлуком бр. 404-02-80/2019-01 од 22. октобра 2019. године, чији је предмет: **Набавка опреме за Институт за мајку и дете „Др Вукан Чупић“, Београд („Procurement of Equipment for Mother and Child Institute „Dr Vukan Čupić“)** у оквиру пројекта: Унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији, потпројекат: Модернизација Института за мајку и дете „Др Вукан Чупић“, Београд, по Јавном позиву за подношење понуда, објављеном 02. јануара 2020. године у „Службеном листу Европске уније“ бр. 2020/S 001-000992, као и 03. јануара 2020. године на интернет страници Наручиоца и на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, са изменама како следи: 17. фебруара 2020. године, 16. марта 2020. године, 3. априла 2020, 7. маја 2020, 25. маја 2020, 11. јуна 2020, 18. августа 2020, 8. септембра 2020, 28. септембра 2020 и 13. октобра 2020, у делу који се односи на:

- Лот 1 – Ангио сала
- Лот 4 – Радиолошка опрема

уговор се додељује следећим понуђачима:

- за Лот 1 – Ангио сала

Понуђач: Заједничко улагање: Interlab Exim doo Београд, ул. Бирчанинива 19, Београд; Beolaser doo Београд, ул. Трговачка 16а, Београд и MD Imaging doo Београд, ул. Алексе Ненадовића 1, Београд, са понуђеном ценом у износу од 1.440.955,00 евра (укупна цена формирана по паритету ДАП без ПДВ-а и увозних дажбина),

- за Лот 4 – Радиолошка опрема

Понуђач: Заједничко улагање: Beolaser doo Београд, ул. Трговачка 16а, Београд; АВ Trade doo Београд, ул. Мите Ценића 11, Београд; Alpha Imaging doo Београд, ул. Тошин бунар 6, Београд; Interlab Exim doo Београд, ул. Бирчанининова 19, Београд и Medisal doo Београд, ул. Скојевска 23, 11271 Сурчин-Београд, са понуђеном ценом у износу од 2.130.149,00 евра (укупна цена формирана по паритету ДАП без ПДВ-а и увозних дажбина),

2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца и доставити понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

- **Наручилац:** Министарство за јавна улагања, Немањина 11, 11000 Београд, Србија
Министарство за јавна улагања правни је следбеник Канцеларије за управљање јавним улагањима и субјект права који ступа у права и обавезе претходног носиоца тих права и обавеза у складу са чланом 23г. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 128/2020 и 116/2022) и чланом 10. став 5. Закона о изменама и допунама Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 116/2022) којим је предвиђено да даном ступања на снагу овог закона Канцеларија за управљање јавним улагањима, образована као служба Владе, наставља рад као Министарство за јавна улагања, у складу са делокругом утврђеним овим законом, а послове које према Закону о обнови након елементарне и друге непогоде ("Службени гласник РС", број 112/15) обавља Канцеларија за управљање јавним улагањима, од дана ступања на снагу овог закона обавља Министарство за јавна улагања.
- **Предмет набавке:** Набавка опреме за Институт за мајку и дете „Др Вукан Чупић“, Београд (Procurement of Equipment for Mother and Child Institute „Dr Vukan Ćurčić“);
- **Укупна процењена вредност набавке: 11.793.000,00 ЕУР без ПДВ-а**

Јавна набавка подељена је у 9 лотова. Списак лотова са процењеним вредностима.

- Лот 1 - Ангио сала, 1.441.000 ЕУР
- Лот 2 - Опрема за ОП сале, 1.265.000 ЕУР
- Лот 3 - Интензивна нега, 2.415.000 ЕУР

- Лот 4 - Радиолошка опрема, 2.150.000 ЕУР
- Лот 5 - Опрема за специјалистичка одељења, 1.034.000 ЕУР
- Лот 6 - ИТ Опрема, 200.000 ЕУР
- Лот 7 - Хируршки инструменти, 318.000 ЕУР
- Лот 8 - Помоћне болничке службе, 952.000 ЕУР
- Лот 9 - Лабораторија, 2.018.000 ЕУР

- **Врста поступка:** међународни отворени поступак јавне набавке, покренут на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-02-80/2019-01 од 22.10.2019. године, у складу са Законом о потврђивању оквирног уговора о зајму Л/Д 1981(2018) између Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ) и Републике Србије („Службени гласник РС“ - Међународни уговори“, број 6/19), правилима Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ) о избору процедура набавке описаних у Смерницама за набавку добара, радова и услуга, тачка 3.7. Међународне процедуре набавке и Законом о јавним набавкама Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) члан 7. став 1. тачка 2а)

Средства за спровођење јавне набавке обезбеђена су Оквирним уговором о зајму између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ), Л/Д 1981 (2018) закљученим дана 15. априла 2019. године у Паризу, који је ратификован Законом о потврђивању Оквирног уговора о зајму између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 6/19) и Оквирни споразум о зајму LD 1981 ADD 1 (2022) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије – Зајам за финансирање јавног здравственог сектора (PFF), који је потписан 20. марта 2023. године у Паризу и 28. марта 2023. године у Београду, који је ратификован Законом о потврђивању оквирног споразума о зајму LD 1981 ADD 1 (2022) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије – Зајам за финансирање јавног здравственог сектора (PFF) („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 4/23).

Набавка се спроводи за потребе опремања за Института за мајку и дете „Др Вукан Чупић“, у оквиру пројекта: Унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији, потпројекат Модернизација Института за мајку и дете „Др Вукан Чупић“, Београд.

Јавни позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су у Службеном листу Европске уније бр. 2020/S 001-000992 од 02. јануара 2020. године са изменама како следи: 12. фебруара 2020. године, 17. фебруара 2020. године, 16. марта 2020. године, 3. априла 2020. године, 7. маја 2020. године, 25. маја 2020. године, 11. јуна 2020. године, 18. августа 2020. године, 8. септембра 2020. године, 28. септембра 2020. године и 13. октобра 2020. године.

На веб страници Наручиоца и на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке Јавни позив објављен је 3. јануара 2020. године, са изменама како следи: 28. јануар 2020. године, 27. мај 2020. године и 13. октобар 2020. године.

Комисија наводи да је било жалби на овај поступак јавне набавке. Наиме, дана 03. фебруара 2020. године, у току рока за подношење понуда, Наручилац је добио жалбу број: 299 од 1. фебруара 2020. године, коју је поднело заинтересовано лице Medicom doo Šabac, ул. Поцерска бр. 3, 15000 Шабац. Жалба се односила на поступак у целости, па је сходно томе, наручилац 6. фебруара 2020. године објавио Обавештење о уложеној жалби на веб страници

наручиоца, обавестивши све заинтересоване да је наручилац зауставио даље активности у поступку јавне набавке: Набавка опреме за Институт за мајку и дете „Др Вукан Чупић“ (Procurement of Equipment for Mother and Child Institute „Dr Vukan Ćurčić“), број ИОП/38-2019/УХИ, до доношења одлуке по жалби.

Другостепена комисија је 30. марта 2020. године донела одлуку по жалби, чиме су створени услови за наставак поступка јавне набавке. Наручилац је 25. маја 2020. године у „Службеном листу Европске уније“, односно 27. маја 2020. године на веб страници Наручиоца и на Порталу јавних набавки, објавио Измену јавног позива за подношење понуда којим је јавно отварање понуда у предметном поступку јавне набавке заказано за 16. јун 2020. године.

Наручилац, Канцеларија за управљање јавним улагањима, Немањина 11, Београд је 1. јуна 2020. године, током рока за подношење понуда, примио жалбу број: 1649 од 1. јуна 2020. године, коју је поднело заинтересовано лице Medicom doo Šabac, ул. Поцерска бр. 3, 15000 Шабац. Жалба се односи на Лот 1 - Операциона сала Ангио и Лот 4 - Радиолошка опрема. У складу са поступком за подношење жалбе прописаном тендерском документацијом, наручилац је 5. јуна 2020. године на својој веб страници објавио Обавештење о уложеној жалби, обавештавајући све заинтересоване да је наручилац зауставио даље активности у поступку јавне набавке: за Институт за мајку и дете „Др Вукан Чупић“ (Procurement of Equipment for Mother and Child Institute „Dr Vukan Ćurčić“) број ИОП/38-2019/УХИ, у делу поступка који се односи на Лот 1 –Ангио операциона сала и Лот 4 - Радиолошка опрема, до доношења одлуке по поднесеној жалби, док се у делу поступка који се односи на остале партије, поступак ове јавне набавке наставља.

У складу са наведеним, јавно отварање понуда у поступку јавне набавке: Набавка опреме за Институт за мајку и дете „Др Вукан Чупић“, број ИОП/38-2019/УХИ, у делу поступка који се односи на следеће партије:

- Лот 2 - Опрема за операциону салу
- Лот 3 - Интензивна нега
- Лот 5 - Опрема за специјална одељења
- Лот 6 - ИТ опрема
- Лот 7 - Хируршки инструменти
- Лот 8 - Додатне болничке услуге
- Део 9 - Лабораторија,

одржано је 16. јуна 2020. године, док је, у делу који се односи на Лот 1 – Ангио сала и Лот 4 - Радиолошка опрема, предметни поступак јавне набавке заустављен до доношења одлуке о поднетој жалби.

Наручилац је 9. септембра 2020. године донео Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке: Набавка опреме за Институт за мајку и дете „Др Вукан Чупић“ број ИОП/38-2019/УХИ, у делу поступка који се односи на следеће партије:

- Лот 2 - Опрема за операционо позориште
- Лот 3 - Интесивна нега
- Лот 5 - Опрема за специјална одељења
- Лот 6 - ИТ опрема

- Лот 7 - Хируршки инструменти
- Лот 8 - Додатне болничке услуге
- Део 9 - Лабораторија,

По истеку рока за улагање жалбе неуспешних понуђача, стекли су се услови за потписивање уговора са изабраним понуђачима за горе наведене партије.

Другостепена комисија је 7. септембра 2020. године донела одлуку по жалби, чиме су створени услови за наставак поступка јавне набавке у делу који се односи на Лот 1 – Ангио операциона сала и Лот 4 - Радиолошка опрема. Дана 13. октобра 2020. године у „Службеном листу Европске уније“, односно 14. октобра 2020. године на веб страници Наручиоца и на Порталу јавних набавки, Наручилац је објавио Измену јавног позива за подношење понуда којим је јавно отварање понуда у поступку јавне набавке у делу који се односи на:

- Лот 1 – Ангио сала и
- Лот 4 - Радиолошка опрема,

заказано за 3. новембар 2020. године.

У току рока за подношење понуда, Наручилац је у „Службеном листу Европске Уније“ објавио Измене и допуне јавног позива укупно 11, а на интернет страници Наручиоца укупно 3, Појашњења тендерске документације, укупно 8, Измене и допуне тендерске документације, укупно 7, и Обавештење о поднетој жалби, укупно 2.

Датум објаве Конкурсне документације	16/03/2020 у „Службеном листу Европске Уније” бр. 2020/S 001-000992 и на интернет страници Наручиоца http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement 13/01/2020 на интернет страници Наручиоца http://www.obnova.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/AmendmentToPD_No_1_IOP38_2019UHI_IMD.pdf објављена је Измена бр. 1 Конкурсне документације 20/01/2020 на интернет страници Наручиоца http://www.obnova.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/AmendmentToPD_No_2_IOP38_2019UHI.pdf објављена је Измена бр. 2 Конкурсне документације 12/02/2020 у Службеном листу Европске Уније бр. 2020/S 030-071047 и 28/01/2020 на интернет страници Наручиоца http://www.obnova.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/Izmena_-1_javnog-poziva_IOP38_2019UHI.pdf , објављено је Измена бр. 1 Јавног позива за подношење понуда 17/02/2020 у Службеном листу Европске уније бр. 2020/S 033-078639 објављена је Измена 2 јавног позива за подношење понуда
---	--

	28/02/2020 на интернет страници Наручиоца http://www.obnova.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/Amendment-to-PD_No_3_IOP_38_2019_UHI.pdf објављена је Измена бр. 3 Конкурсне документације 16/03/2020 у Службеном листу Европске уније бр. 2020/S 053-127255 објављена је Измена 3 јавног позива за подношење понуда 03/04/2020 у Службеном листу Европске уније бр. 2020/S 067-160567 објављена је Измена 4 јавног позива за подношење понуда 07/05/2020 у Службеном листу Европске уније бр. 2020/S 089-213533 објављена је Измена 5 јавног позива за подношење понуда 25/05/2020 у Службеном листу Европске уније бр. 2020/S 100-243168 објављена је Измена 6 јавног позива за подношење понуда 27/05/2020 на интернет страници Наручиоца http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement објављена је Измена 2 јавног позива за подношење понуда и објављена је Измена бр. 4 Конкурсне документације 29/05/2020 на интернет страници Наручиоца http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement објављена је Измена бр. 5 Конкурсне документације 01/06/2020 на интернет страници Наручиоца http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement објављена је Измена бр. 6 Конкурсне документације 11/06/2020 у Службеном листу Европске Уније бр. 2020/S 112-272912 објављена је Измена 7 јавног позива за подношење понуда 18/08/2020 у Службеном листу Европске Уније бр. 2020/S 159-389088 објављена је Измена 8 јавног позива за подношење понуда 08/09/2020 у Службеном листу Европске Уније бр. 2020/S 174-421527 објављена је Измена 9 јавног позива за подношење понуда 28/09/2020 у Службеном листу Европске Уније бр. 2020/S 188-455049 објављена је Измена 10 јавног позива за подношење понуда 13/10/2020 у Службеном листу Европске Уније бр. 2020/S 199-483790 објављена је Измена 11 јавног позива за подношење понуда и на интернет страници Наручиоца http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement објављена је Измена 3 јавног позива за подношење понуда и Измена бр. 7 Конкурсне документације
--	--

Датум објаве Појашњења конкурсне документације	Појашњење бр. 1. издато и објављено дана 20/01/2020 на интернет страници Наручиоца http://www.obnova.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/Clarification-1_IOP-38_2019-UH.pdf
	Појашњење бр. 2 <i>издато</i> и објављено дана 28/01/2020 на интернет страници Наручиоца http://www.obnova.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/Clarification-2_IOP-38_2019-UH.pdf
	Појашњење бр. 3 издато и објављено дана 30/01/2020 на интернет страници Наручиоца http://www.obnova.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/Clarification-3_IOP-38-2019-UH.pdf
	Појашњење бр. 4 издато и објављено дана 03/02/2020 на интернет сајту Наручиоца http://www.obnova.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/Clarification-No.4_IOP-38-2019-UH.pdf
	Појашњење бр. 5 издато и објављено дана 27/05/2020 на интернет сајту Наручиоца http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement
	Појашњење бр. 6 издато и објављено дана 29/05/2020 на интернет сајту Наручиоца http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement
	Појашњење бр. 7 издато и објављено дана 11/06/2020 на интернет сајту Наручиоца http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement
	Појашњење бр. 8 издато и објављено дана 21/10/2020 на интернет сајту Наручиоца http://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement

1) ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА

Комисија за јавну набавку (У даљем тексту: „Комисија“), је након истека рока за подношење понуда, спровела поступак отварања понуда у делу који се односи на Лот 1 - Ангио операциона сала и Лот 4 - Радиолошка опрема са почетком у 13.00 часова дана 03. новембра 2020. године.

Комисија је Записником о отварању понуда, који је код Наручиоца заведен под бројем 404-02-80/2019-01 од 03.11.2020. године, констатовала да су понуде следећих понуђача благовремено достављене:

Редни број	Заводни број наручиоца	Назив понуђача	Бр. лота за који је поднета понуда	Датум пријема	Време пријема
1.	-	Заједничко улагање: Beolaser doo Beograd, ул. Трговачка 16а, Београд; АВ Trade doo Beograd, ул. Мите Ценића 11, Београд; Alpha Imaging doo Beograd, ул. Тошин бунар 6, Београд; Interlab Exim doo Beograd, ул. Бирчанининова 19, Београд и Medisal doo Beograd, ул. Скојевска 23, 11271 Сурчин-Београд	-	02.11.2020.	14:40h
2.	-	Заједничко улагање: Interlab Exim doo Beograd, ул. Бирчанинива 19, Београд; Beolaser doo Beograd, ул. Трговачка 16а, Београд и MD Imaging doo Beograd, ул. Алексе Ненадовића 1, Београд	Лот 1	03.11.2020.	08:33h
3.	-	Medicom doo Šabac, ul. Pocerška 3, 15000 Šabac	Лот 1 и Лот 4	03.11.2020.	09:36h

Неблаговремених понуда није било.

2) СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија је приступила стручној оцени понуда, односно прегледу благовремено пристиглих понуда. Оцена је вршена у складу са релевантним одредбама конкурсне документације – Одељком I -Упутство понуђачима - Вредновање и упоређивање понуда као и Одељком III Критеријуми за вредновање и квалификовање.

Одељак I - Упутства понуђачима, Процена и упоређивање понуда, тачка 31. Разјашњење понуда, подтачка (29.1) дефинише да за помоћ у испитивању, оцењивању, упоређивању и накнадној квалификацији понуда, купац може, према свом нахођењу, затражити од било ког понуђача појашњење његове понуде.

У одељку I -Упутство понуђачима -Вредновање и упоређивање понуда, тачка 30. Степен прихватљивости понуда, подтачка (30.2) предвиђено је да је суштински усклађена-одговарајућа понуда она понуда која испуњава захтеве из Конкурсне документације без материјалног одступања, прикривања или изостављања. Материјално одступање, прикривање или изостављање је уколико:

- (а) на било који значајан начин утиче на обим, квалитет или перформансе робе и сродних услуга наведених у Уговору; или

- (b) на било који значајан начин ограничава, у супротности са тендерском документацијом, права Наручиоца или обавезе Понуђача према Уговору; или
- (c) ако би се исправило, утицало би непоштено на конкурентску позицију других понуђача који дају значајно прихватљиве понуде.

У Одељку I - Упутство за понуђаче - Оцењивање и поређење понуда, у клаузули 30. Одговарајућа понуда, подтачка (30.3), дефинисано је да ће понуде које нису суштински одговарајуће у складу са условима прописаним у Конкурсној документацији бити одбијене од стране Наручиоца.

У Одељку I – Упутство за понуђаче, Испитивање услова; Техничка процена, у подтачки 33.1 и 33.2, предвиђено је Наручилац треба да испита Понуду да би се потврдио да су сви услови наведени у Општим условима Уговора (ГЦЦ) и Посебним условима Уговора (СЦЦ) прихваћени од стране Понуђача без материјалних одступања и резерви. Наручилац је дужан да изврши процену техничких аспеката понуда поднесених у складу са Упутством за понуђаче, клаузула 18, како би потврдио да су сви захтеви наведени у Одељку VI – Преглед захтева из Конкурсне документације испуњени без материјалних одступања и резерви.

Ако након испитивања услова и техничке процене, Наручилац утврди да понуда није суштински одговарајућа у складу са тачком 30 ИТБ-а, одбациће понуду.

Одељак I - Упутство за понуђаче, Вредновање и поређење понуда, клаузулом 31. Неусклађености, грешке и пропусти, подтачка (31.1) дефинисано је да под условом да је понуда суштински прихватљива, Наручилац може да изузме све неусклађености или пропусти у понуди који не представљају материјално одступање, а подтачка (31.2) дефинисано је да под условом да је понуда суштински прихватљива, Наручилац може да затражи да Понуђач у разумном року достави потребне информације или документацију како би исправио нематеријалне неусклађености или пропусти у понуди повезане са захтевима документације.

Одељак I - Упутства понуђачима, Оцењивање и упоређивање понуда, тачка 37.1 Постквалификација, дефинише да ће наручилац на своје задовољство утврдити да ли је понуђач који је одабран као подносилац понуде са најнижом оценом и суштински одговарајућом понудом, квалификован за извршење уговора на задовољавајући начин.

Комисија је започела са оценом понуда и достављеним додацима за понуде и утврдила следеће:

2а) ИСПИТИВАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЛОТ 1 – АНГИО САЛА

Понуда бр. 1.

1. Понуда понуђача: Заједничко улагање: Interlab Exim doo Beograd, ул. Бирчанинива 19, Београд; Beolaser doo Beograd, ул. Трговачка 16а, Београд и MD Imaging doo Beograd, ул. Алексе Ненадовића 1, Београд, нема недостатака:

Достављени су сви документи који доказују да понуђач испуњава техничке захтеве.

Понуђена цена: 1.440.955,00 ЕУР без ПДВ-а.

Понуђени модели садрже све додатке и додатну опрему и услуге.

Након прегледа техничких спецификација и достављене техничке документације, закључује се да понуђени модели у потпуности испуњавају тражене техничке карактеристике.

Према горе наведеном, Комисија за јавне набавке констатује да је понуда понуђача: **Заједничко улагање: Interlab Exim doo Beograd, ул. Бирчанинива 19, Београд; Beolaser doo Beograd, ул. Трговачка 16а, Београд i MD Imaging doo Beograd, ул. Алексе Ненадовића 1 – суштински одговарајућа у погледу техничких аспеката понуде-испуњава све техничке спецификације, без материјалних одступања и резерви.**

Понуда бр. 2.

2. Понуда понуђача: Medicom doo Šabac, ул. Поцерска 3, 15000 Шабац:

Понуђена цена: 1.198.450,00 ЕУР без ПДВ-а.

У складу са Конкурсном документацијом, Одељак I Упутства за понуђаче-Процена и упоређивање понуда, тачка 29. Разјашњење понуда, а у сврху испитивања и оцене понуде коју је понуђач Medicom doo Šabac поднео за Лот 1 - Ангио салу, дана 26. јануара 2021. године, Комисија за набавке заразила је од понуђача појашњења како следи:

1. У Конкурсној документацији, Техничке спецификације, Лот 1, ставка 1.1. Систем дигиталне двокрилне ангиографије за кардиолошку дијагностику и интервентне поступке, за линију 4, захтева се следеће: „Функционалност система омогућава једноставан приступ пацијенту током интервенција катетером (коришћење феморалног, брахијалног или радијалног приступа) позиционирање Ц-руке на леву и десну страну пацијента, као и позиционирање Ц-руке у положају главе пацијента.“

Наиме, 27. маја 2020. године, у Појашњењу бр. 5., на питање заинтересованог лица, бр. 82, везано за измену горе поменуте техничке спецификације, Наручилац је одбио предложену измену и одговорио на следећи начин: „Није прихватљиво. Систем ће се користити као biplane за неке интервенције, али и као monoplane за друге врсте интервенција. У случају да се систем користи као monoplane, обавезно је да се сама фронтална Ц-рука може поставити око стола на левој и десној страни пацијента, као и позиционирање Ц-руке у положају главе пацијента пружајући оптималну покривеност пацијента, тако да прегледи могу бити изведени без потребе за додатним аквизицијама или за премештањем пацијента на сто. На пример, са фронталном равни у левом положају: То ослобађа простор око подручја главе и корисно је када је током прегледа потребна подршка анестетика - посебно на педијатријским прегледима.“

У понуди понуђача Medicom doo Šabac, поднета је Изјава бр. 20159DA.05, издата од стране произвођача PHILIPS-а од 2. новембра 2020. године, за понуђени уређај Azurion 7 B12/12, за Лот 1, ставка 1.1. Систем дигиталне двокрилне ангиографије за кардиолошку дијагностику и интервентне поступке, за линију 4, где је наведено: „Функционалност система омогућава једноставан приступ пацијенту током интервенција катетером

(коришћењем феморалног, брахијалног или радијалног приступа) постављањем Ц-руке на леву и десну страну пацијента, као и позиционирањем Ц-руке у положају главе пацијента.

Увидом у понуду понуђача Medicom doo Šabac и техничку документацију достављену за Azurion B12/12, утврдили смо да је предњи сталак Ц-руке фиксиран у чеоном положају, али није јасно да ли може вршити ротацију око вертикале и бити постављени на леву и десну страну пацијента како је захтевано.

Да би се недвосмислено утврдило да понуђени уређај поседује потребне техничке спецификације, односно како би се недвосмислено потврдило да ли се предња Ц-рука може ротирати око вертикалне осе и може ли се поставити на леву и десну страну пацијента, Комисија за набавке затражила је од овог понуђача да нам достави званичну техничку документацију у облику техничког листа, каталога, брошуре, друге техничке документације или оригиналне Изјаве произвођача у случају да горе наведена опција није наведена у службеној техничкој документацији, што несумњиво потврђује да ли се предњи Ц-крак може се ротирати око вертикалне осе и може се поставити на леву и десну страну пацијента.

2. У Конкурсној документацији, Техничка спецификација, Лот 1, ставка 1.1. Систем дигиталне двокрилне ангиографије за кардиолошку дијагностику и интервентне поступке, за ставку 104, захтева се следеће: „3D ротациона ангиографија са алгоритмима реконструкције конусних зрака омогућава реконструкцију ниских -контрастна 3D слика, која визуализује коморе и судове срца. (такозвана СТ-слична слика).“

У понуди понуђача Medicom doo Šabac, поднета је Изјава бр. 20159DA.05, издата од стране произвођача PHILIPS-а од 2. новембра 2020. године, за понуђени уређај Azurion 7 B12/12, за Лот 1, ставка 1.1. Дигитални двокрилни систем ангиографије за кардиолошку дијагностику и интервенцијске поступке, за ставку 104, где је наведено: „3D ротациона ангиографија са алгоритмима за реконструкцију конусних зрака омогућава реконструкцију 3D слике ниског контраста, визуелизујући коморе и судове срца. (такозвана СТ-слична слика). “

Увидом у званичну веб страницу произвођача PHILIPS: <https://www.philips.co.uk/healthcare/education-resources/ifu-search>, одељак Упутство за употребу, јасно је да су протоколи ротационе ангиографије СВСТ доступни само на системима са Детектором од 20 инча. Увидом у горе поменуто веб страницу за понуђени уређај, тј. Azurion 7 B12/12, утврђено је да у обе равни имале 12-инчне детекторе, из чега следи да 3D ротациона ангиографија са аквизицијом и реконструкцијом конусног снопа није могућа.

Да би се недвосмислено утврдило да понуђени уређај има потребне техничке спецификације, односно како би се недвосмислено потврдило да ли понуђени уређај има тражену опцију, односно 3D ротациону ангиографију са аквизицијом и реконструкцијом конусне греде, Комисија за набавку затражила је од овог понуђача да нам пружи са службеном техничком документацијом у облику техничког листа, каталога, брошуре, друге техничке документације или оригиналне Изјаве произвођача у случају да горе наведена опција није наведена у службеној техничкој документацији, што несумњиво потврђује да понуђени уређај има потребну опцију, односно 3D ротациону ангиографију са аквизицијом и реконструкцијом конусне греде.

У појашњењу од 29. јануара 2021. године, понуђач Medicom doo Šabac, навео је следеће:

„Што се тиче „Функционалност система омогућава једноставан приступ пацијенту током интервенција катетером (коришћењем феморалног, брахијалног или радијалног приступа) позиционирањем С-руке на леву и десну страну пацијента, као и позиционирањем С-руке у крајњем положају главе пацијента“ желели бисмо да поновимо да: - С-рука може бити постављена на леву и десну страну пацијента;

- С-рука се може поставити у крајњи положај главе пацијента;

-Покрети геометрије система омогућавају једноставан приступ пацијенту током интервенција катетером (коришћењем феморалног, брахијалног или радијалног приступа);

Сматрамо да су додатна тумачења стварног захтева онако како је то јасно наведено у тендерској књизи (као што је оса на којој се С-рука окреће да би се дошло до леве / десне стране пацијента) искључиво субјективна и као таква, отворен за различита схватања.

Прелазећи до наметања додатних појашњења попут овог горе наведеног, наручилац може утврдити изглед очигледне предности у корист понуђача/кандидата путем тражених појашњења/допуна - као што су субјективна тумачења стварног захтева. (тј. оса ротације крака С, иако то није ни поменуто у техничким спецификацијама);

За потпуну транспарентност, у прилогу се налази изјава произвођача која доказује горе поменуте информације.

У погледу „3D ротационе ангиографије са алгоритмима за реконструкцију цонебцама-а омогућава реконструкцију 3D слике ниског контраста, визуелизујући коморе и судове срца (тзв. CT-like imaging)“, овиме поново потврђујемо, како је у почетку наведено у Изјави бр. 20159DA.05, да понуђени систем Azurion 7 B12/12 испуњава све захтеве, омогућавајући 3d ротациону ангиографију са аквизицијом и реконструкцијом конусне греде. За потпуну транспарентност, у прилогу пронађите изјаву произвођача која доказује поменуте информације."

Овај понуђач је такође доставио изјаву произвођача бр. XB523-21KG030, од 29. јануара 2021, издату од стране произвођача PHILIPS-а, где је наведено следеће:

„Ми, Philips Medical Systems Nederland B.V. ("PMSN") овим изјављујемо да конфигурација система ангиографије Azurion 7 B12/12, коју нуди Medicom doo Šabac у јавној набавци бр. ИОП-38-2019 / УХИ, Лот 1-Ангио сала, објављеној за Институт за мајку и дете „Др Вукан Ћупић“, испуњава тендерске услове, за које је Комисија за набавку доставила Захтев за појашњење.

1. Тачка 4: „Функционалност система омогућава једноставан приступ пацијенту током интервенција катетером (коришћењем феморалног, брахијалног или радијалног приступа) постављањем С-руке на леву и десну страну пацијента, као и позиционирањем С-руке у положају главе пацијента “. Потврђујемо да у потпуности испуњавамо овај захтев понуђеним подно монтираним С-краком са 12-инчним детектором Azurion 7 B12/12.

2. Тачка 104: „3D ротациона ангиографија са алгоритмима за реконструкцију конусних зрака омогућава реконструкцију 3D слике ниске контрастности, визуелизујући коморе и судове срца. (тзв. CT-like imaging) “. Потврђујемо да у потпуности испуњавамо овај захтев понуђеним интервенционим алатима: EP Navigator, 3D EP Rotational Scan и 3D-RA."

У складу са горе наведеним, Комисија за набавку је недвосмислено утврдила да понуђени уређај Azurion 7 B12/12, који понуђач Medicom doo Šabac нуди за Лот 1, у смислу тачке 1.1. ставке 4 и 104, има потребне техничке спецификације, односно да се предњи С-крак може ротирати око вертикалне осе и да се може поставити на леву и десну страну пацијента, као

и да понуђени уређај има потребну опцију у вези са 3D ротационом ангиографијом са аквизицијом и реконструкцијом конусних зрака.

Даље, Комисија је утврдила да понуда понуђача: "Medicom" doo Šabac, ул. Поцерска 3, 15000 Шабац, са понуђеном ценом: 1.198.450,00 еур, има следеће недостатке:

Ставка бр.	ID	Захтеване техничке карактеристике	Понуђене техничке карактеристике	Недостаци
1.1		Digital biplane angiography system for cardiology and diagnostic and interventional pocedures		
	42	Size of smallest focal spot must be equal or smaller than 0,4 mm for each X-ray tube	Size of smallest focal spot is 0,5 mm for each X-ray tube	The Bidder didn't offer the requested size of smallest focal spot, but larger. Понуђач није понудио захтевану величину најмање фокалне тачке, него већу величину.
	47	System must be equiped with min.three-level adaptive Cu prefiltration for each X-ray tube for X-ray beam quality improvment and dose reduction, automatic selection control based on the real-time patient dose absorption according to C-arm angulation, without interruption aquisition or changing existing organ program	System is equiped with three-level Cu prefiltration for each X-ray tube for X-ray beam quality improvment and dose reduction, automatic selection control based on the patient dose absorption type. Filters are maintained regardless of C-arm angulation, without interruption of aquisition, unless changing existing organ program	The Bidder didn't offer the requested automated selection control based on the real time patient dose absorption. Понуђач није понудио тражену аутоматски селектовану контролу базирану на апсорпцији дозе пацијента у реалном времену.
	62	Digital pulsed fluoroscopy, with minimum 3 selectable pulse rates: 7.5, 15 and 30 fps and with min. 3	Digital pulsed fluoroscopy, with 3 selectable pulse rates: 3.75, 7.5, 15 and 30 fps	The Bidder didn't offer the requested minimum 3 additional pulse rates less

		additional pulse rates less than 7.5 fps		than 7.5 fps, but only one of 3.75. Понуђач није понудио тражене минимум 3 додатне брзине пулса мање од 7,5 fps, већ само једну од 3,75 fps.
1.3.1		Cardiovascular ultrasound machine	Cardiovascular ultrasound machine	
	1.10	Maximum display depth in B mode minimum 44 cm	Display depth in B mode 40 cm	Bidder didn't offer requested depth, but smaller. Понуђач није понудио захтевану дубину, него мању.
	2.15	Ultrasound system can be upgraded with fusion imaging which enables display of the same anatomical section on ultrasound live image as well as on last exam image performed on CT or MR systems	Ultrasound system can be upgraded with EchoNavigator, real time fusion integration with Angio (C-arm)	According to submitted proof, offered system does not meet this functionality, it has fusion with Angio systems not with CT or MR. Према достављеном доказу, понуђени систем не испуњава ову функционалност, има фузију са Ангио системима, а не са СТ или MR.
	3.1	Cine memory minimum 800 MB	Acquisition, storage in local memory, and display in real-time and duplex modes of up to 2,200 frames of 2D and color images or up to 64 seconds of pulsed wave Doppler data and M-mode for retrospective review and image selection, or up to 48 seconds CW for retrospective review and image selection	According to submitted proof, offered system does not meet requested functionality. Према достављеном доказу, понуђени систем не испуњава захтевану функционалност.

	4.1	2D transthoracic matrix cardiology probe with field of view of minimum 120° and frequency range of 2,0 to 5,0 MHz +/- 1 MHz	(S5-1) 2D transthoracic single crystal cardiology probe with field of view of 90° and frequency range of 1 to 5 MHz	Bidder didn't offer the requested field of view of minimum 120°, but offered probe with field of view of 90°. Понуђач није понудио тражено видно поље од најмање 120 °, већ је понудио сонду са видним пољем од 90 °.
1.3.2		Ultrasound cardiovascular premium 4D system	Ultrasound cardiovascular premium 4D system	
	12.9	TVI, Tissue Tracking	Tissu Doppler Imaging (TDI), TDI and PW Doppler	The bidder didn't offer Tissue Tracking. Понуђач није понудио Tissue Tracking.
	13	Digital imaging technique that provides real-time visualization of vascular hemodynamics by directly visualizing blood reflectors and presenting this information in a grayscale display as B-flow or similar	Highly sensitive imaging mode designed to detect slow and weak blood flow anatomy in tissue - MicroFlow Imaging (MFI)	The offered technique does not meet the requirements, because it is not based on directly visualizing blood reflectors, which was request. Понуђена техника не испуњава захтеве, јер се не заснива на директној визуализацији рефлекције крви, што је и био захтев.
	18	CW Doppler Triplex mode (simultaneous display of 2D, Color Flow and CW Doppler image in real time)	PW Doppler Triplex mode (simultaneous display of 2D, Color Flow and PW Doppler image in real time)	Triplex mode with CW Doppler was requested, but the bidder offered triplex with PW Doppler, which is a quite different thing and wasn't requested. Захтеван је триплекс режим са CW доплером, али је понуђач понудио триплекс са PW доплером, што је сасвим друга ствар и није тражен.

	21	Software which, depending on the given parameters, allows a volume rate of min. 800fps on 4D TEE probes in single beat acquisition, without reducing image quality Vmax or similar.	X8-2t transducer with modes advanced XRES, harmonic imaging, M-mode, contrast LVO, color M-mode, color flow, PW Doppler, CW Doppler, Live xPlane Doppler mode, TDI, TDI PW, Live xPlane imaging, Live 3D Echo, Live 3D zoom, 3D zoom color, 3D zoom color preview, two-volume view, triggered full volume and triggered 3D color volume, Image Boost for tissue or device selection. 8 to 2 MHz extended operating frequency range Fully sampled matrix phased array with 2,500 elements, Triple-high line density in live volume and full volume modes.	Requested software that allows a volume rate of min. 800 on the 4D TEE probe is not offered, and it hasn't been proved in any way that the 4D TEE probe whose characteristics are listed here has a volume rate of min. 800. Захтевани софтвер који омогућава брзину звука од мин. 800 на 4D ТЕЕ сонди се не нуди и ни на који начин није доказано да 4D ТЕЕ сонда чије су карактеристике овде наведене има запремину од мин. 800.
1.4		Non-invasive hemodynamic monitoring system	Non-invasive hemodynamic monitoring system	
	1	Non-invasive hemodynamic monitoring system with tilt table testing, integrated non-invasive continuous "beat to beat" blood pressure measuring and non-invasive measurement of Cardiac Output.	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	3	autonomic function assesement	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality.

				Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	4	monitoring system must enable the following measurement methods:	monitoring systemt enables the following measurement methods:	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	5	• impedance cardiography ICG	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	6	• continuous "beat to beat" non-invasive blood pressure measurement (finger pletism)	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	7	• oscillometric blood pressure measurement	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	10	• RRI (RR interval)	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	14	• Zo (impedance of the thorax derived from the ICG signal)	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	16	• PEP (pre-ejection period)	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality.

				Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	21	• TPR (total peripheral resistance)	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	23	• TFC (thoracic fluid content)	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	24	• IC (index of contractility)	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	25	• ACI (acceleration index)	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	26	• STR (systolic time ratio)	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	27	• ER (ejection rate)	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	29	• MSER (mean systolic ejection rate)	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality.

				Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	30	• REP (rapid ejection rate)	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	31	• Hlrev (revised heather index)	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	32	• Power spectrum analysis of Heart Rate and Blood Pressure Variability (HRV anf BP)	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	33	• BRRS (baroreceptor reflex sensitivity)	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	35	• "beat to beat" review of the trend of hemodynamic parameters	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	36	• heart rate and blood pressure variability/spectral analysis, display of results and graphics in 2D and 3D form.	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	37	• baroreceptor sensitivity/sympathetic and parasympathetic activity	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality.

				Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	38	• complete graphical and numerical "on-line" simultaneous monitoring of all active parameters	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	39	• the possibility of free marking in the report of certain moments of the test	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	40	• the possibility of free definition of the pressure measurement interval	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	41	• automatic calculation of all values during the test	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	42	continuous non-invasive blood pressure measurement / min. measuring range 50-250 mm/Hg	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	43	oscillometric blood pressure measurement / min. measuring range 50-250 mm/Hg	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	44	ECG / sampling rate min.1000 Hz	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality.

				Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	45	non-invasive hemodynamic monitoring system must be delivered with all-in-one PC system (min 21", touch screen), licensed WINDOW software and appropriate trolley for complete system.	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	46	system must be delivered with the fully compatible tilt table and all necessary accessories.	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	47	system must have complete software-hardware support for tilt table testing.	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	48	complete set of accessories and 120 sets of eletrodes should be supplied with the device.	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
1.5		ECG		
	10	Device must have an integrated color LCD, size not less than 8 inches with the minimum resolution 1024 x 768.	Device must have an integrated color LCD, size 7 inches with the resolution 800 x 480.	Bidder didn't offer the requested size of LCD. Понуђач није понудио захтевану величину LCD.
	14	Integrated memory for a minimum of 350 ECG	Integrated memory for 250 ECG recordings and 50 resting rhythms.	Bidder didn't offer the requested integrated memory, but smaller.

		recordings and 50 resting rhythms.		Понуђач није понудио захтевану интегрисану меморију, него мању.
	25	Speed min. 12,5-25-50 mm/s.	Speed 25 mm/s.	Bidder didn't offer the requested speed. Понуђач није понудио захтевану брзину.
	26	Sensitivity min: 5-10-20 mm/mV.	Sensitivity 10 mm/mV.	Bidder didn't offer the requested sensitivity. Понуђач није понудио захтевану осетљивост.
1.6		Defibrillator with pacemaker option		
	5	Battery capacity of min. 150 shocks with a maximum energy or 3.5 h of ECG monitoring	Battery capacity of 100 shocks with a maximum energy or 2.5 h of ECG monitoring	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	9	Thermo printer uses paper min. 70 mm width	Thermo printer uses paper 50 mm width	Bidder didn't offer the requested width of paper. Понуђач није понудио захтевану ширину папира
	11	Integrated device memory for a minimum of 12 hours of ECG or 300 events	Integrated device memory of 8 hours of ECG or 50 events	Bidder didn't offer requested memory, but smaller. Понуђач није понудио захтевану меморију, него мању.
1.7		Hospital Defibrillator		
	5	Battery capacity of min. 150 shocks with a maximum energy or 3.5 h of ECG monitoring	Battery capacity of 100 shocks with a maximum energy of 2.5 h of ECG monitoring	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио захтевану функционалност.
	9	Thermo printer uses paper min. 70 mm width	Thermo printer uses paper 50 mm width	Bidder didn't offer the requested width of paper.

				Понуђач није понудио захтевану ширину папира
	11	Integrated device memory for a minimum of 12 hours of ECG or 300 events	Integrated device memory of 12 hours of ECG or 50 events	Bidder didn't offer requested memory, but smaller. Понуђач није понудио захтевану меморију, него мању.

Након испитивања техничких спецификација понуде коју је поднео понуђач: Medicom doo Šabac, ул. Поцерска 3, 15000 Шабац, несумњиво се закључује да понуђена добра не испуњавају тражене техничке карактеристике.

Према наведеном Комисија наводи да понуда понуђача: Medicom doo Šabac, ул. Поцерска 3, 15000 Шабац - није суштински одговарајућа у погледу техничких аспеката понуде - није усклађена са свим потребним техничким спецификацијама без материјалних одступања и резервације.

LOT 4 – РАДИОЛОШКА ОПРЕМА

Понуда бр. 1.

1. Понуда понуђача: Заједничко улагање: Beolaser doo Beograd, ул. Трговачка 16а, Београд; АВ Trade doo Beograd, ул. Мите Ценића 11, Београд; Alpha Imaging doo Beograd, ул. Тошин бунар 6, Београд; Interlab Exim doo Beograd, ул. Бирчанининова 19, Београд и Medisal doo Beograd, ул. Скојевска 23, 11271 Сурчин-Београд, нема недостатака:

Достављени су сви документи који доказују да понуђач испуњава техничке захтеве.

Понуђена цена: 2.130.149,00 ЕУР без ПДВ-а.

Понуђени модели садрже све додатке и додатну опрему и услуге.

Након прегледа техничких спецификација и достављене техничке документације, закључује се да понуђени модели у потпуности испуњавају тражене техничке карактеристике.

Према горе наведеном, Комисија за јавне набавке констатује да је понуда понуђача: Заједничко улагање: Beolaser doo Beograd, ул. Трговачка 16а, Београд; АВ Trade doo Beograd, ул. Мите Ценића 11, Београд; Alpha Imaging doo Beograd, ул. Тошин бунар 6, Београд; Interlab Exim doo Beograd, ул. Бирчанининова 19, Београд и Medisal doo Beograd, ул. Скојевска 23, 11271 Сурчин-Београд– суштински одговарајућа у погледу техничких аспеката понуде- испуњава све техничке спецификације, без материјалних одступања и резерви.

Понуда бр. 2.

2. Понуда понуђача: Medicom doo Šabac, ул. Поцерска 3, 15000 Шабац, са понуђеном ценом: 1.322.272 ЕУР без ПДВ-а, има следеће недостатке:

Ставка бр.	ID	Захтеване техничке спецификације	Понуђене техничке спецификације	Недостаци
4.1		Volume CT Scanner	INCISIVE CT	
	1	GANTRY	GANTRY	
	1.1.	Gantry aperture at least 78 cm	Gantry aperture 72 cm. All requested procedures can be done with offered bore size. Larger aperture of the gantry translates into a greater distance between the focal spot and the detector. Considering the fact that the intensity of the incident radiation is inversely proportional to the square of the distance traveled, an increase in the aperture of the gantry (respectively the distance between the source and the detector) causes, absolutely useless, a progressive increase of the dose of radiation accumulated by patient. Therefore, considering arguments, system with a 72 cm gantry aperture fully responds to the clinical needs of the hospital and that it allows, indirectly, to obtain high quality images with low radiation dose.	The bidder didn't offer the requested gantry aperture size, but smaller. Понуђач није понудио тражену величину порталског отвора, већ мању.
	5	DETECTOR SYSTEM	DETECTOR SYSTEM	
	5.1.	Number of detector elements in one detector row excluding reference detector elements at least 800	Total system no. of detectors - 43008. Total no. of rows - 64 . Number of detector elements in one detector row excluding reference detector elements: 672 . Technology - Elite NanoPanel detectors.	Bidder didn't offer requested Number of detector elements in one detector row excluding reference detector elements. Понуђач није понудио тражени број елемената детектора у једном реду детектора искључујући

				елементе референтног детектора.
	6	ACQUISITION PARAMETERS	ACQUISITION PARAMETERS	
	6.2.	Greatest scan field at least 50 cm and smallest maximum 25 cm	Greatest scan field is 50 cm and smallest field of view 5 cm	Bidder didn't offer requested smallest value of scan field. Понуђач није понудио захтевану најмању вредност поља скенирања.
	6.3.	Shortest time for one full rotation (360°) maximum 0.28 seconds	Shortest time for one full rotation (360°) is 0.35 seconds	Bidder didn't offer requested Shortest time for one full rotation. Понуђач није понудио захтевано најкраће време за једну пуну ротацију.
	6.5.	Dynamic study acquisition without patient couch movement at least 160 mm	Dynamic study acquisition without patient couch movement - z direction 40 mm.	Bidder didn't offer requested Dynamic study acquisition without patient couch movement. Понуђач није понудио захтевану динамичку студију аквизиције без кретања кауча за пацијента.
	7	CONSOLE	CONSOLE	
	7.6.	Fastest image reconstruction time at least 55 images per second with all dose reduction options active	Fastest image reconstruction time is 40 images per second with usage of iterative reconstruction technology. Offered Incisive CT delivers intelligence that adapts to user and speed workflow and expand clinical breadth with: OnPlan patient-side gantry controls, IntelliSpace Portal, iDose4 and O- MAR.	Bidder didn't offer requested Fastest image reconstruction time. Понуђач није понудио захтевано најбрже време реконструкције слике.
	8	DIAGNOSTIC TOOLS	DIAGNOSTIC TOOLS	

	8.4 4D CT Brain Perfusion with display of blood flow, blood volume and Mean Transit Time (MTT), to define presence of acute cerebral infarcts. System has automatic correction of artefacts from patient movement. Software package makes calculation in all three orthogonal planes of volume on any slice. Ability to display 4D DSA contrast flow through blood vessels,	CT Brain Perfusion supports the analysis of dynamic and serial CT brain images after injection of contrast, and generates qualitative and quantitative information about changes in image intensity over time. Maps available for brain perfusion on Incisive:- CBV (ml / 100g): Cerebral Blood Volume. Volume of flowing blood.- MTT (sec): Mean Transit Time. Time required for blood to pass through tissue. (Sec)- CBF (ml / 100g / min): Cerebral Blood Flow. Flow rate of volume of blood through cerebral vasculature. (ml / 100gm / min)- TTP (sec): Time to Peak. Time to peak is calculated in seconds as the time from the start of contrast material arrival in the AIF to the peak of the time-enhancement curve for each voxel.	The offered device does not meet the required technical specification. It is not stated and proved that device meets:- Automatic correction of artefacts from patient movement- Calculation of all required parameters in all three orthogonal planes- Ability to display 4D DSA contrast flow through blood vessels. Also the request was 4D CT Brain Perfusion which is not offered. Понуђени уређај не испуњава потребне техничке спецификације. Није наведено и доказано да уређај испуњава: - Аутоматску корекцију артефаката из кретања пацијента - Израчун свих потребних параметара у све три правоугаоне равни - Способност приказивања 4D DSA контрастног тока кроз крвне судове. Такође, Захтев је био и 4D CT мождана перфузија која није понуђена.
--	--	--	---

		CT Perfusion 4D body. Package for calculation of perfusion of other organs in any axis. Special calculation method of perfusion of the organs that are fed with one blood vessel and different method for those organs that are fed with two blood vessels,	CT Body Perfusion visualizes, assesses and quantifies blood flow (perfusion), blood volume, time to peak and peak enhancement using dynamic CT data. • Measurement of temporal changes in tissue density based on the linear relation with iodine concentration • Two methods available for liver-specific perfusion measurements taking into account the liver dual circulation • Data analysis for optimization of injection timing, as test prior to the clinical scan.	The offered device does not meet the required technical specification. - Calculation of perfusion in any axis. - Calculation method of perfusion of the organs that are fed with one blood vessel and different method for those organs that are fed with two blood vessels. The bidder states that there are two methods available for liver-specific perfusion measurements taking into account the liver dual circulation. In other words, this statement is related to the one organ and not to the organs (more organs than one) as it is requested. Also, there is no proof that there are two calculation method of perfusion of the organs which are fed with one blood vessel and different method for those organs that are fed with two blood vessels. Also the request was 4D Body Perfusion which is not offered. Понуђени уређај не испуњава потребне техничке спецификације. - Прорачун перфузије у било којој оси. - Рачунски метод перфузије органа који се снабдевају једним крвним судом и другачији метод за оне органе који се снабдевају са два крвна суда.
--	--	--	---	--

				Понуђач наводи да постоје две методе за мерење перфузије специфичне за јетру узимајући у обзир двоструку циркулацију јетре. Другим речима, ова изјава се односи на један орган, а не на органе (више од једног органа) како се тражи. Такође, нема доказа да постоје два рачунарска метода перфузије органа који се снабдевају једним крвним судом и другачији метод за оне органе који се хране са два крвна суда. Захтев је био и 4D Body Parfusion који није понуђен.
4.2		Premium ultrasound machine for radiology department	Premium ultrasound machine for radiology department	
	2	Hardware channels: The system shall provide minimum 192 hardware channels	Offers up to 4,718,592 total digital channels	Bidder offered the number of digital not hardware channels. Понуђач је понудио број дигиталних, а не хардверских канала.
	6	The system shall have Touch Screen with at least 13 inch (+/- 1'') touch panel and with digital TGC with predefined 4 curves	The system has Touch Screen with at 12 inch touch panel and with digital TGC	Bidder didn't offer requested size of touch screen. Понуђач није понудио тражену величину екрана осетљивог на додир.
	9	Integrated Gel Warmer	External Gel Warmer	Bidder didn't offer requested Integrated but external gel warmer.

				Понуђач није понудио тражени интегрисани, већ спољни грејач за гел.
	20	Linear Transducer: Frequency range: min. 3 – 10MHz±2MHz, number of elements min.192, min., FOV max.40mm+/-10mm	Linear Transducer L12-3: Frequency range: 3 – 12MHz, number of elements 160, FOV 38 mm	Bidder didn't offer requested number of elements for linear transducer. Понуђач није понудио тражени број елемената за линеарни претварач.
	24	CINE Function: The system shall perform CINE Function, 12.000 cine images minimum or 1GB Cine memory minimum	CINE Function: The system has CINE Function: Acquisition, storage in local memory, and display in real-time and duplex modes of up to 2,200 frames of 2D and color images or up to 64 seconds of pulsed wave Doppler data and M-mode for retrospective review and image selection, or up to 48 seconds CW for retrospective review and image selection.	Bidder didn't offer requested number of cine images, but storage of number of frames. Понуђач није понудио тражени број филмских слика, већ складиштење броја кадрова.
4.3		Fixed Radiography system with Wireless Flat Panel Detectors - Ceiling mounted	Fixed Radiography system with Wireless Flat Panel Detectors - Ceiling mounted	
	1	HV GENERATOR	HV GENERATOR	
	1.4	Time range min. 0.01-5 sec. in steps	Time range: 0.01-4 sec. in steps	Bidder didn't offer requested time range. Понуђач није понудио тражени временски период.
	2	X-RAY TUBE	X-RAY TUBE	
	2.4	Collimator with individual blade control for radiation dose reduction	Automatic collimator	Bidder didn't offer requested Collimator with individual blade control for radiation dose reduction. Понуђач није понудио тражени колиматор са individual blade control за смањење дозе зрачења.
	3	CEILING-MOUNTED TUBE	CEILING-MOUNTED TUBE STAND&WALL STAND	

		STAND&WALL STAND		
	3.6	Multi functional Touch Screen Display	LCD Display	Bidder didn't offer requested Touch screen display. Понуђач није понудио тражени екран осетљивог на додир.
	4.12	Resolution: min. 2400x3000 pixels	Resolution: 2330x2846 pixels	Bidder didn't offer requested resolution, but smaller. Понуђач није понудио тражену резолуцију, али мању.
	4.14	Pixel size: max 140 µm	Pixel size: 148 µm	Bidder didn't offer requested pixel size. Понуђач није понудио тражену величину пиксела.
	4.15	Spatial resolution: min 3,5 lp/mm	Spatial resolution: 3,38 lp/mm	Bidder didn't offer requested spatial resolution, but smaller. Понуђач није понудио тражену просторну резулацију, већ мању.
	4.20	Effective area dimensions: min. 42.5x42.5 cm+/- 1%	Effective area dimensions: 34,48 x 42,12 cm	Bidder didn't offer requested Effective area dimensions, but smaller. Понуђач није понудио тражене ефективне димензије површине, већ мање.
	4.21	Resolution: min. 3000x3000 pixels	Resolution: 2330x2846 pixels	Bidder didn't offer requested resolution, but smaller. Понуђач није понудио тражену резолуцију, већ мању.
	4.23	Pixel size: max 140 µm	Pixel size: 148 µm	Bidder didn't offer requested pixel size.

				Понуђач није понудио тражену величину пиксела.
	4.24	Spatial resolution: min. 3,5 lp/mm	Spatial resolution: 3,38 lp/mm	Bidder didn't offer requested spatial resolution, but smaller. Понуђач није понудио тражену просторну резолуцију, већ мању.
	4.26	Detective Quantum Efficiency (DQE) min. 75%	Detective Quantum Efficiency (DQE): 70%	Bidder didn't offer requested DQE, but smaller. Понуђач није понудио тражени DQE, већ мањи.
4.4.1		Radiography Fluoroscopy system with dynamic Flat Panel Detector for diagnostic MSK procedures	Radiography Fluoroscopy system with dynamic Flat Panel Detector for diagnostic MSK procedures	
	3	Frequency: min. 50 kHz	Frequency: 20 kHz, technology: IQX, Intelligent Exposure Control, IQX highlights: • Short exposure times eliminates motion blur • Exposure times are kept within an application-dependent customizable time range. This ensures that every single image is correctly exposed and free from motion blur, even with rapidly changing density • Automatic kV-optimization • Automatically adjusts the settings, relative to the standard kV-value. Thus the settings are optimized for the actual object density and the needs of the examination. • Fast, in-pulse adaptation to (changes in) density, kV-adjustment takes place within the first millisecond of the exposure, enabling adaptation to sudden changes in object density (e.g. during dynamic studies) • Controlling range: customizable	Bidder didn't offer requested frequency. Понуђач није понудио тражену фреквенцију.

			from -15 kV relative to a defined start value up to 125 kV	
	14	Dual focus: small focal spot max 0.7 mm and big focal spot min. 1.0 mm	Dual focus: small focal spot 0,6 mm and big focal spot 0,8 mm	Bidder didn't offer requested size of big focal spot, but smaller. Понуђач није понудио тражену величину велике фокалне тачке, већ мању.
	21	Height adjustable patient table with lowest position (distance to floor) of 50 cm	Height adjustable patient table with lowest position (distance to floor) of 65 cm	Bidder didn't offer requested height of the lowest position table. Понуђач није понудио тражену висину стола са најнижом позицијом.
	26	Automatic collimator with permanent filtration min. 1 mm Al and with additional filtration min. 0.1, 0.2 and 0.3 mm Cu	Automatic collimator with permanent filtration 1 mm Al and with additional filtration min. 0.1 and 0.2 mm Cu	Bidder didn't offer requested additional filtration of min 0.3mm Cu. Понуђач није понудио тражену додатну филтрацију од мин 0,3 mm Cu.
	47	Virtual collimation function (non exposure collimation on LIH)	Automatic Collimation with SID compensation, microprocesor controlled	The offered functionality Automatic Collimation with SID compensation, microprocesor controlled is not functionality of virtual collimation where region of interest is collimatated based on LIH excluding radiation exposure. Понуђена функционалност Аутоматска колимација са SID компензацијом, контролисана микропроцесором није функционалност виртуелне колимације где се подручје интереса

			колимира на основу LIIH искључујући излагање зрачењу.
--	--	--	---

4.4.2		Radiography Fluoroscopy system with dynamic Flat Panel Detector for interventional and diagnostic abdominal and urology procedures	Radiography Fluoroscopy system with dynamic Flat Panel Detector for interventional and diagnostic abdominal and urology procedures	
	3	Maximum inverter frequency: min. 50 kHz	Maximum inverter frequency: 20 kHz, technology: IQX, Intelligent Exposure Control, IQX highlights: • Short exposure times eliminates motion blur • Exposure times are kept within an application-dependent customizable time range. This ensures that every single image is correctly exposed and free from motion blur, even with rapidly changing density • Automatic kV-optimization • Automatically adjusts the settings, relative to the standard kV-value. Thus the settings are optimized for the actual object density and the needs of the examination. • Fast, in-pulse adaptation to (changes in) density, kV-adjustment takes place within the first millisecond of the exposure, enabling adaptation to sudden changes in object density (e.g. during dynamic studies) • Controlling range: customizable from -15 kV relative to a defined start value up to 125 kV	Bidder didn't offer requested frequency, but smaller. Понуђач није понудио тражену фреквенцију, већ мању.
	7	mA range for fluoroscopy: min. 0,3 – 20 mA	mA range for fluoroscopy: min. 0,2 – 6 mA	Bidder didn't offer requested mA range for fluoroscopy, but smaller. Понуђач није понудио тражени mA опсег за

				флуороскопију, већ мањи.
	22	Lowest table plate height: min. 50 cm	Lowest table plate height: 65 cm	Bidder didn't offer requested height of the lowest position table. Понуђач није понудио тражену висину стола са најнижом позицијом.
	34	Digital motorized tomography in selected table tilt angle.	No tomography	Bidder didn't offer requested tomography option. Понуђач није понудио тражену опцију томографије.
	51	Digital pulse fluoroscopy: min. 15 fps in matrix of min. 1024x1024, 12 bit and the biggest field of view	Digital pulse fluoroscopy: 23 fps in matrix of 947x957, 12 bit and the biggest field of view	Bidder didn't offer requested matrix. Понуђач није понудио тражену матрицу.
4.5		Mobile radiography digital system with 2 FPD (Flat Panel Detectors)	Mobile radiography digital system with 2 FPD (Flat Panel Detectors)	
	25	Pixel size max. 150 µm	Pixel size 160 µm	Bidder didn't offer requested pixel size, but larger. Понуђач није понудио тражену величину пиксела, него већу.
	41	Disk storage capacity of min 10.000 images	Disk storage capacity of 4.000 images	Bidder didn't offer requested capacity of the storage, but smaller. Понуђач није понудио тражени капацитет складишта, већ мањи.
	42	Image preview in max 4 seconds after exposure	Image preview in 5 seconds after exposure	Bidder didn't offer requested image preview time, but longer. Понуђач није понудио тражено време прегледа слике, већ дуже.

	61	System weight max 450 kg	System weight: 580 kg	Bidder didn't offer requested system weight, but system with larger weight. Понуђач није понудио тражену системску тежину, већ систем веће тежине.
	62	System width max 600 mm	System width: 670 mm	Bidder didn't offer requested system width, but system with larger width. Понуђач није понудио тражену системску ширину, већ систем веће ширине.
4.6		PACS	PACS	
	74	MIP, MinIP, AvgIP,	MIP, MinIP	Bidder didn't offer requested AvgIP. Понуђач није понудио захтевани AvgIP.
	113	MPR, MPI, MINIP, AVGIP	MPR, MPI, MINIP	Bidder didn't offer requested AVGIP. Понуђач није понудио захтевани AVGIP.
	126	Exporting images	Exporting images	No proof given, MS 14 page 4, item 126 says <no content> Није дат доказ, MS 14 страна 4 ставка 126 каже <нема садржаја>
	128	User interface in Serbian language;	User interface in Serbian language -	Marked note in User's guide 1, page 10 is not proof of requested functionality. It says: Language - determines the language of the menus and some windows, but not which language application supports.

				Означена напомена у Корисничком приручнику 1, страница 10, није доказ о захтеваној функционалности. Пише: Језик - одређује језик менија и неких прозора, али не и који језик апликација подржава.
	132	The application supports the business reporting function by number of completed studies at daily, monthly and annual levels;	The application supports the business reporting function by number of completed studies at daily, monthly and annual levels	Marked part of User's guide 1, page 75, is not proof of requested functionality, there is no description of function that enable reporting function by number of completed studies at daily, monthly and annual levels, as it is requested. Означени део Корисничког водича 1, страница 75, није доказ о захтеваној функционалности, не постоји опис функције која омогућава функцију извештавања по броју завршених студија на дневном, месечном и годишњем нивоу, како је захтевано.
	133	The application supports the business reporting function by radiologist's comparison according to the number of studies made at daily, monthly and annual levels;	The application supports the business reporting function by radiologist's comparison according to the number of studies made at daily, monthly and annual levels - marked proof does not meet requested functionality	Marked part of User's guide 1, page 75, is not proof of requested functionality, there is no description of function that enable reporting function by radiologist's comparison according to the number of studies made at daily, monthly and annual levels, as it is requested.

				Означени део Корисничког водича1, страница 75, није доказ о захтеваној функционалности, не постоји опис функције која омогућава упоређивање радиолога функцијом извештавања према броју студија урађених на дневном, месечном и годишњем нивоу, како је захтевано.
	135	The application supports the automatic creation of basic medical documentation based on the law of the Republic of Serbia;	The application supports the automatic creation of basic medical documentation based on the law of the Republic of Serbia;	Marked part of User's guide 1, page 3, is not proof of requested functionality, it is not stated that application supports the automatic creation of basic medical documentation based on the law of the Republic of Serbia. Означени део Корисничког водича 1, страна 3, није доказ захтеване функционалности, није наведено да апликација подржава аутоматско креирање основне медицинске документације засноване на закону Републике Србије.
	142	Electronic signing of the consent by the patient;	Electronic signing of the consent by the patient;	Marked part of User's guide 1, page 4 is not proof of requested functionality, it is not stated that application supports Electronic signing of the consent by the patient, but electronic signing the reports by the radiologist.

				Означени део Корисничког водича 1, страница 4, није доказ о захтеваној функционалности, није наведено да апликација подржава електронско потписивање пристанка од стране пацијента, већ електронско потписивање извештаја радиолога.
	144	Functionality for entering laboratory findings of interest (urea, creatinine, etc);	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио тражену функционалност.
	149	Input of glomerular filtration rate or determination of eGFR based on the level of kretinin;	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио тражену функционалност.
	156	Input, display, referral diagnosis according to MKD10 catalogue;	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио тражену функционалност.
	168	Possibility of radiological consultation via the Web zero footprint browser or via email;	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио тражену функционалност.
4.7		Infusion pump, dual channel, compatible with magnetic resonance		
	7	The infusion pump must have a built-in battery capacity of more than 4 hours	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио тражену функционалност.

9	Accuracy - up to 5% (for flow 0.1 to 0.9 within up to 10%)	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио тражену функционалност.
10	Primary VTBI range - 0.1 to 99.9, 100 to 999 ml	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио тражену функционалност.
11	Secondary VTBI range 0.1 to 99.9, 100 to 999 ml	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио тражену функционалност.
13	KVO range adjustable 1 to 5 ml / hr, or adjusted speed (lower value)	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио тражену функционалност.
15	Patient line (downstream) Return pressure range +300 to - 100 mmHg	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио тражену функционалност.
16	Occlusion proximal detection range - 1 to 10 PSI (6.9 to 68.8 kPa), adjustable by the user	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио тражену функционалност.
17	Occlusion detection mechanism - two independent sensors for force	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио тражену функционалност.
18	The range of occlusion measurement is 1 to 10 PSI (6.9 to 68.8 kPa) accuracy <2 PSI (13.8 kPa), or 10% of set values, (higher value)	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио тражену функционалност.

	19	Occlusion detection time, less than 30 seconds	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио тражену функционалност.
	21	Air Detection Method in Line - Ultrasonic Bubble Detector	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио тражену функционалност.
	22	Automatic free-flow protection for I.V. line	N/A	Bidder didn't offer the requested functionality. Понуђач није понудио тражену функционалност.

Након испитивања техничких спецификација понуде коју је поднео понуђач: Medicom doo Šabac, ул. Поцерска 3, 15000 Шабац, несумњиво се закључује да понуђена добра не испуњавају тражене техничке карактеристике.

Према наведеном Комисија наводи да понуда понуђача: Medicom doo Šabac, ул. Поцерска 3, 15000 Шабац - није суштински одговарајућа у погледу техничких аспеката понуде - није усклађена са свим потребним техничким спецификацијама без материјалних одступања и резервације.

26) КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена усаглашених и технички одговарајућих понуда”.

Рангиране су суштински одговарајуће понуде у погледу техничких аспеката понуде. Понуде су рангиране од најниже до највише понуђене цене. Понуда са најнижом понуђеном ценом је најповољнија понуда.

Комисија је извршила проверу исправности обрачуна суштински одговарајућих понуда и утврдила да поднете понуде не садрже рачунске грешке.

Понуде су рангиране на следећи начин:

ЛОТ 1 - АНГИО САЛА

- Понуда понуђача: Заједничко улагање: Interlab Exim doo Београд, ул. Бирчанинива 19, Београд; Beolaser doo Београд, ул. Трговачка 16а, Београд i MD Imaging doo Београд, ул. Алексе Ненадовића 1, Београд.

ЛОТ 4 - РАДИОЛОША ОПРЕМА

- Понуда понуђача: Заједничко улагање: Beolaser doo Beograd, ул. Трговачка 16а, Београд; АВ Trade doo Beograd, ул. Мите Ценића 11, Београд; Alpha Imaging doo Beograd, ул. Тошин бунар 6, Београд; Interlab Exim doo Beograd, ул. Бирчанининова 19, Београд и Medisal doo Beograd, ул. Скојевска 23, 11271 Сурчин-Београд.

Ранг листа:

ЛОТ 1	Заједничко улагање: Interlab Exim doo Beograd, ул. Бирчанинива 19, Београд; Beolaser doo Beograd, ул. Трговачка 16а, Београд i MD Imaging doo Beograd, ул. Алексе Ненадовића 1, Београд	1.440.955,00 €
ЛОТ 4	Заједничко улагање: Beolaser doo Beograd, ул. Трговачка 16а, Београд; АВ Trade doo Beograd, ул. Мите Ценића 11, Београд; Alpha Imaging doo Beograd, ул. Тошин бунар 6, Београд; Interlab Exim doo Beograd, ул. Бирчанининова 19, Београд и Medisal doo Beograd, ул. Скојевска 23, 11271 Сурчин-Београд	2.130.149,00 €

2с) ИСПИТИВАЊЕ УСЛОВА И ПОСТКВАЛИФИКАЦИЈА

ЛОТ 1 – АНГИО САЛА

Понуда понуђача: Заједничко улагање: Interlab Exim doo Beograd, ул. Бирчанинива 19, Београд; Beolaser doo Beograd, ул. Трговачка 16а, Београд i MD Imaging doo Beograd, ул. Алексе Ненадовића 1, Београд:

Утврђује се да понуда одговара свим одредбама, условима и спецификацијама тендерске документације без материјалног одступања, резерви или пропуста.

Све документе којима се доказује испуњење неопходних постквалификационих захтева доставио је Понуђач: Заједничко улагање: Interlab Exim doo Beograd, ул. Бирчанинива 19, Београд; Beolaser doo Beograd, ул. Трговачка 16а, Београд i MD Imaging doo Beograd, ул. Алексе Ненадовића 1, Београд.

На основу прегледа да ли је понуда у складу са свим одредбама, условима и спецификацијама Тендерске документације без материјалног одступања, резерви или пропуста, као и испитивања писаних доказа о понуђачевим квалификацијама које је понуђач поднео, у складу са клаузулом 19. ИТБ, Комисија је утврдила да Понуђач:

Заједничко улагање: Interlab Exim doo Beograd, ул. Бирчанинива 19, Београд; Beolaser doo Beograd, ул. Трговачка 16а, Београд и MD Imaging doo Beograd, ул. Алексе Ненадовића 1, Београд испуњава све захтеве за постквалификацију предвиђене у Тендерској документацији и зато се сматра квалификованим да реализује Уговор на задовољавајући начин. Поред тога, Комисија је утврдила да понуда Понуђача: Заједничко улагање: Interlab Exim doo Beograd, ул. Бирчанинива 19, Београд; Beolaser doo Beograd, ул. Трговачка 16а, Београд и MD Imaging doo Beograd, ул. Алексе Ненадовића 1, Београд одговара свим одредбама, условима и спецификацијама Тендерске документације без материјалног одступања, резерви или пропуста.

У складу са горе наведеним, Комисија је утврдила да је понуда Понуђача: Заједничко улагање: Interlab Exim doo Beograd, ул. Бирчанинива 19, Београд; Beolaser doo Beograd, ул. Трговачка 16а, Београд и MD Imaging doo Beograd, ул. Алексе Ненадовића 1, Београд квалификована – испуњава све критеријуме за постквалификацију и да је, према томе, прихватљива.

ЛОТ 4 – РАДИОЛОШКА ОПРЕМА

Понуда понуђача: Заједничко улагање: Beolaser doo Beograd, ул. Трговачка 16а, Београд; АВ Trade doo Beograd, ул. Мите Ценића 11, Београд; Alpha Imaging doo Beograd, ул. Тошин бунар 6, Београд; Interlab Exim doo Beograd, ул. Бирчанининова 19, Београд и Medisal doo Beograd, ул. Скојевска 23, 11271 Сурчин-Београд:

Утврђује се да понуда одговара свим одредбама, условима и спецификацијама тендерске документације без материјалног одступања, резерви или пропуста.

Све документе којима се доказује испуњење неопходних постквалификационих захтева доставио је Понуђач: Заједничко улагање: Заједничко улагање: Beolaser doo Beograd, ул. Трговачка 16а, Београд; АВ Trade doo Beograd, ул. Мите Ценића 11, Београд; Alpha Imaging doo Beograd, ул. Тошин бунар 6, Београд; Interlab Exim doo Beograd, ул. Бирчанининова 19, Београд и Medisal doo Beograd, ул. Скојевска 23, 11271 Сурчин-Београд.

На основу прегледа да ли је понуда у складу са свим одредбама, условима и спецификацијама Тендерске документације без материјалног одступања, резерви или пропуста, као и испитивања писаних доказа о понуђачевим квалификацијама које је понуђач поднео, у складу са клаузулом 19. УП, Комисија је утврдила да Понуђач: Заједничко улагање: Beolaser doo Beograd, ул. Трговачка 16а, Београд; АВ Trade doo Beograd, ул. Мите Ценића 11, Београд; Alpha Imaging doo Beograd, ул. Тошин бунар 6, Београд; Interlab Exim doo Beograd, ул. Бирчанининова 19, Београд и Medisal doo Beograd, ул. Скојевска 23, 11271 Сурчин-Београд испуњава све услове за постквалификацију предвиђене у Тендерској документацији и зато се сматра квалификованим да реализује Уговор на задовољавајући начин. Поред тога, Комисија је утврдила да понуда Заједничко

улагање: Beolaser doo Beograd, ул. Трговачка 16а, Београд; АВ Trade doo Beograd, ул. Мите Ценића 11, Београд; Alpha Imaging doo Beograd, ул. Тошин бунар 6, Београд; Interlab Exim doo Beograd, ул. Бирчанининова 19, Београд и Medisal doo Beograd, ул. Скојевска 23, 11271 Сурчин-Београд одговара свим одредбама, условима и спецификацијама Тендерске документације без материјалног одступања, резерви или пропуста.

У складу са горе наведеним, Комисија је утврдила да је понуда Понуђача: Заједничко улагање: Beolaser doo Beograd, ул. Трговачка 16а, Београд; АВ Trade doo Beograd, ул. Мите Ценића 11, Београд; Alpha Imaging doo Beograd, ул. Тошин бунар 6, Београд; Interlab Exim doo Beograd, ул. Бирчанининова 19, Београд и Medisal doo Beograd, ул. Скојевска 23, 11271 Сурчин-Београд квалификована – испуњава све захтеве за постквалификацију и да је, према томе, прихватљива.

Сагласно свему изнетом, Комисија за јавну набавку је предложила Наручиоцу да у поступку јавне набавке: Набавка опреме за Институт за мајку и дете „Др Вукан Чупић“ (Procurement of Equipment for Mother and Child Institute „Dr Vukan Čupić), - Лот 1 – Ангио сала и Лот 4 – Радиолошка опрема, број набавке: ИОП/38-2019/УХИ (ИОР/38-2019/УНП), донесе Одлуку о додели уговора и закључи уговор са следећим понуђачима:

ЛОТ 1:	Interlab Exim doo Beograd, ул. Бирчанининова 19, Београд; Beolaser doo Beograd, ул. Трговачка 16а, Београд i MD Imaging doo Beograd, ул. Алексе Ненадовића 1, Београд	1.440.955,00 €
ЛОТ 4:	Заједничко улагање: Beolaser doo Beograd, ул. Трговачка 16а, Београд; АВ Trade doo Beograd, ул. Мите Ценића 11, Београд; Alpha Imaging doo Beograd, ул. Тошин бунар 6, Београд; Interlab Exim doo Beograd, ул. Бирчанининова 19, Београд и Medisal doo Beograd, ул. Скојевска 23, 11271 Сурчин-Београд	2.130.149,00 €

На основу свега наведеног, сачињен је Извештај о стручној оцени понуда број 404-02-80/2019-01 од 23.02.2021. године који је 26.02.2021. године послат Банци за развој Савета Европе на сагласност, у складу са Анексом 1 Водича за набавке Банке за развој Савета Европе, а на основу извештаја Банка за развој Савета Европе је дала сагласност 08.03.2021. године за избор успешних понуђача за Лот 1 и Лот 4.

У складу са писаним захтевима Наручиоца за продужење важења понуда, Понуђачи су благовремено, у року продужавали период важења поднетих понуда, а у свему у складу са захтевима.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Наручилац ће доставити ову одлуку о додели уговора, непосредно након издавања исте, електронском поштом свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке и објавиће је на интернет страници Наручиоца и на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.

Поука о правном леку:

У року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке о додели уговора, неуспешни понуђачи могу у писаној форми захтевати објашњење основа за неприхватање њихових понуда или поднети жалбу.

Наручилац ће благовремено писаним путем одговорити понуђачу и послати копије захтева и одлуке по жалби банци.

Жалбе се шаљу електронским путем на следећу е-маил адресу procurement.rd@pim.gov.rs или поштом на адресу Немањина 22-26, Београд, Србија.

Захтев мора бити на меморандуму понуђача потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача. Обавезна назнака: ИОП/38-2019/УХИ.

Доставити:

- Interlab Exim doo Beograd, ул. Бирчанинива 19, Београд;
- Beolaser doo Beograd, ул. Трговачка 16а, Београд; АВ Trade doo Beograd, ул. Мите Ценића 11, Београд;
- Medicom doo Šabac, ул. Поцерска 3, 15000 Шабац;

МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА


Марко Благојевић, министар