



Република Србија

ВЛАДА

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА

Немањина 11, Београд

Број: 404-02-12/2017-01

20.06.2017. године

На основу члана 4.1.3. Закона о потврђивању оквирног уговора о зајму Ф/П 1711 између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 13/10), члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Водича за набавку Европске инвестиционе банке, а у вези са Закључком Владе Републике Србије број 05 48-5555/2016 од 13. јуна 2016. године и број 05 48-1/2017 од 4. јануара 2017. године, в.д. директора Канцеларије за управљање јавним улагањима, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

1. Додељује се уговор о јавној набавци: **Набавка електрон микроскопа (СЕМ и ТЕМ), (Procurement of Electron Microscope (SEM and TEM))** број ИОП/2-2017/РД, а за потребе Института за нуклеарне науке „Винча“, Београд, понуђачу **Analysis d.o.o. Beograd**, по понуђеној цени од **1.485.000,00 ЕУР** без ПДВ, у међународном отвореном поступку јавне набавке, спроведеном у оквиру пројекта: Истраживање и развој у јавном сектору, потпројекат: Нова капитална опрема, а по позиву за подношење понуда, објављеном дана 9. марта 2017. године у „Службеном листу Европске Уније“, на интернет страници Наручиоца и на Порталу јавних набавки.

2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, у року од три дана од дана њеног доношења.

О б р а з л о ж е њ е

- **Наручилац:** Канцеларија за управљање јавним улагањима, Немањина 22-26, 11000 Београд, Србија
- **Предмет набавке:** „Набавка електрон микроскопа (СЕМ и ТЕМ), (Procurement of Electron Microscope (SEM and TEM))“
- **Процењена вредност набавке:** 1.500.000 евра
- **Врста поступка:** Међународни отворени поступак јавне набавке, покренут на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-02-12/2017-01, у складу са Законом о потврђивању оквирног уговора о зајму Ф/П 1711 између Банке

за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 13/10) и Законом о јавним набавкама Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) члан 7. став 1. тачка 2а).

Јавна набавка није обликована по партијама.

Средства за спровођење јавне набавке обезбеђена су Оквирним уговором о зајму између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе Ф/П 1711(2010), закљученим 15.10.2010. године, који је ратификован Законом о потврђивању Оквирног уговора о зајму закљученог између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе („Службени гласник РС“, међународни уговори број 13/10)

Позив за подношење понуда објављен је дана 9. марта 2017. године у „Службеном листу Европске Уније”, на интернет страници Наручиоца и Порталу јавних набавки са роком за подношење понуда до 11.00 часова дана 24. априла 2017.

Комисија је, након истека рока за подношење понуда, спровела поступак отварања понуда са почетком у 13.00 часова дана 24. априла 2017.

Комисија је Записником о отварању понуда, који је код Наручиоца заведен под бројем 404-02-12/2017-01 од 24.04.2017. године, констатовала да су понуде следећих понуђача благовремено достављене:

Редни број	Заводни број наручиоца	Назив понуђача	Датум пријема	Време пријема
1.	404-02-00016/2017-01	Analysis d.o.o. Beograd	24.04.2017.	9:38ч

Неблаговремених понуда није било.

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и евентуални попусти које нуди понуђач, подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума, а који се могу нумерички приказати и евентуално други подаци из понуде (подаци се уносе за сваког понуђача посебно):

Заводни број понуде	Код наручиоца	404-02-00016/2017-01	Код понуђача	-
Назив понуђача	Analysis d.o.o. Beograd			
Понуђени модел уређаја	TEM: Talos F200X, CEM: Scios			
Понуђена цена (Total DAP price excluding VAT and Custom	1.485.000,00 евра			

Duties on import)	
<i>Остали елементи критеријума</i>	
TEM Technical parameters:	
Flexible goniometer for full rotation. If the goniometer is able to continuously tilt from -90 to +90 degrees	Да
The system has 4 EDX detectors symmetrically positioned around the sample for optimized 3D EDX tomography	Да
The Electron emitter has a brightness of $\geq 1.8 \times 10^9$ A/cm ² sr for faster analysis	Да
FIB-SEM technical parameters:	
The beam current ≥ 400 nA for fast EDX analysis	Да
The system has ≥ 3 uniquely positioned in column detectors enabling angular filtering of the electrons.	Да
The nanomanipulator should be manufactured by the SEM supplier enabling superior integration for more automated TEM sample lift out	Да
Вредност и рок важења банкарске гаранције за озбиљност понуде	30.000,00 евра, 31. август 2017.
Уочени недостатци у понуди	Нема
Напомене:	Нема

Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија је приступила оцени понуда, односно прегледу благовремено пристиглих понуда и достављених прилога уз понуду којима се доказују тражени обавезни и додатни услови, и констатовала како следи:

- Понуда понуђача **Analysis d.o.o. Beograd**, која је код Наручиоца заведена под бројем 404-02-00016/2017-011 нема недостатака:

Достављени су сви прилози којима се доказује испуњеност техничких услова:

Евалуацијом техничке спецификације утврђено је су понуђени следећи модели уређаја:
TEM: Talos F200X, CEM: Scios.

Оба модела понуђена су као стандардна конфигурација са додатним опцијама. Након прегледа техничке спецификације констатовано је да понуђени модели у потпуности задовољавају захтеване техничке карактеристике.

Комплетна листа поднетих докумената и техничка евалуација су приказане табеларно и прилог су и саставни део овог Извештаја.

Сагласно изнетом, Комисија је констатовала да је понуда понуђача Analysis d.o.o. Beograd суштински одговарајућа – испуњава све техничке спецификације без материјалних одступања и резерви.

1) КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцену понуда је **економски најповољнија понуда**.

Рангирање понуда се врши на основу следећих критеријума и пондера одређених за те критеријуме:

Број пондера за одређени критеријум ће се израчунавати на следећи начин:

- | | | | |
|----|------------------------|---|-------------|
| 1) | понуђена цена | - | 70 пондера; |
| 2) | техничка спецификација | - | 30 пондера; |

Број пондера за одређени критеријум ће се израчунавати на следећи начин:

Понуђена цена:

$$C = C_{min}/C_{pon} \times 70$$

C = број остварених бодова на основу понуђене цене

C pon = понуђена цена

C min = минимална понуђена цена

Понуђена цена износи: 1.485.000,00 € без ПДВ-а.

Понуђена цена у оквиру је процењене вредности јавне набавке.

Техничка спецификација:

Бодовање:

Критеријум		Максималан број поена
1.	Price	70
	TEM Technical parameters:	
2.	If the goniometer is able to continuously tilt from -90 to +90 degrees	5
3.	If the system has 4 EDX detectors symmetrically positioned around the sample for optimized 3D EDX tomography	5
4.	If the Electron emitter has a brightness of $\geq 1.8 \times 10^9$ A/cm ² sr for faster analysis	5

FIB-SEM technical parameters:		
5.	If the beam current ≥ 400 nA for fast EDX analysis	5
6.	If the system has ≥ 3 uniquely positioned in column detectors enabling angular filtering of the electrons.	5
7.	The nanomanipulator should be manufactured by the SEM supplier enabling superior integration for more automated TEM sample lift out	5
Total Points:		100

Обзиром да није било више понуда није било потребе вршити рангирање.

Достављени су сви прилози којима се доказује испуњеност тражених обавезних и додатних услова:

Комисија је утврдила да понуђач Analysis d.o.o. Beograd испуњава све обавезне и додатне услове за учешће, као и да је доставио исправно средство обезбеђења понуде.

Сагласно изнетом, Комисија је констатовала да је понуда понуђача Analysis d.o.o. Beograd прихватљива – испуњава све услове за постквалификацију.

Сагласно свему изнетом, Комисија за јавну набавку је предложила Наручиоцу да у поступку јавне набавке **Набавка електрон микроскопа (СЕМ и ТЕМ) број ИОП/2-2017/РД**, донесе Одлуку о додели уговора и закључи уговор са следећим понуђачем:

Назив понуђача	Analysis d.o.o. Beograd
Понуђени модел уређаја	TEM: Talos F200X, CEM: Scios
Понуђена цена (Укупна DAP цена без ПДВ и увозних царинских трошкова)	1.485.000,00 евра

На основу свега наведеног, сачињен је Извештај о стручној оцени понуда који је 21.05.2017. године послат Европској инвестиционој банци, у складу са Анексом 2 Водича за набавке Европске инвестиционе банке. Дана 15.06.2017. године, Наручилац је од Европске инвестиционе банке добио сагласност (non-objection) на избор најповољније понуде.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Поука о правном леку:

Напомињемо да против ове одлуке понуђач може изјавити жалбу Наручиоцу у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на веб страници Наручиоца.

У првом степену, жалба се подноси Наручиоцу на адресу:

Канцеларија за управљање јавним улагањима
Немањина улица број 22-26
11000 Беогад

Наручилац може у року од 5 дана усвојити жалбу или, у случају да је не усвоји, комплетну документацију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на одлучивање.

Републичка комисија је дужна да о захтеву за заштиту права одлучи решењем у року од 20 дана од дана пријема комплетне документације потребне за утврђивање чињеничног стања и одлучивање

Против одлуке Републичке комисије не може се изјавити жалба.

Против одлуке Републичке комисије може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема одлуке.

Управни спор може се покренути и када Републичка комисија није донела и доставила одлуку у роковима предвиђеним чланом 158. Закона о јавним набавкама.

